

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

1.1. Název veřejné zakázky:	Ventilátor plicní
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2022-051909
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v Příloze č. 1 Minimální technické parametry
-*Optimalizace ventilace měřením pro určení hodnoty "best PEEP"*

Určení "Best PEEP" (optimalizace ventilace měřením pro určení nejpřesnějších hodnot) slouží k určení nejlepší hodnoty PEEP pro aktuální stav pacienta.

Rozumí tomuto bodu technické specifikace uchazeč správně, když se domnívá, že zadavatel požaduje metodu automatického a kontinuálního měření funkční residuální kapacity (FRC) a statické compliance (Cstat) pro zobrazení hodnoty "best PEEP" ?

Odpověď č. 1

Ano, zadavatel skutečně požaduje, v souladu s technickou specifikací, funkci určení hodnoty „best PEEP“ metodou automatického a kontinuálního měření funkční residuální kapacity (FRC) a statické compliance (Cstat).