

## **Nadlimitní veřejná zakázka „Centrifuga stolní“ – dodatečné informace č. 2**

Dne 18. 1. 2023 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

### **Dotaz č. 1**

Tímto žádáme o dodatečnou informaci a další vysvětlení.

U 3 ks z popídaných centrifug požadujete vámi takto specifikované příslušenství:

- Dělené adaptory pro 12 zkumavek průměr 17x 120 mm a 12 zkumavek 15x 92 mm, sada 4 ks
- Sada adaptorů pro 19 zkumavek průměr 13x 75 - 110 mm, sada 4 ks

Rozumíme tomu správně, že má být nabídnuto zařízení včetně výkyvného rotoru, které s použitím takto specifikovaných sad adaptérů má mít celkovou kapacitu v nabídnutém výkyvném rotoru 48 ks (4x12 ks) zkumavek průměr 17x 120 mm a také zároveň s použitím jiných adaptérů 48 ks (4x12 ks) zkumavek 15x 92 mm

A dále také celkovou kapacitu ve stejném výkyvném rotoru 4x19 ks tedy celkem 76 ks zkumavek průměr 13x 75 - 110 mm?

Dále se ptáme, zda je opravdu nezbytně nutné nabídnout dělené adaptéry (adaptory) a jaký k této specifikaci – dělené- máte důvod? Výrobci řeší provedení adaptérů různým způsobem pro různé typy zkumavek.

### **Odpověď 1:**

Ano, celková kapacita nabídnutého výkyvného rotoru s adaptéry má být v prvním případě min. 48 ks a to jednak ve variantě (4x12 ks) zkumavek průměr 17x 120 mm, tak ve variantě (4x12 ks) zkumavek 15x 92 mm.

V druhém případě má být kapacita výkyvného rotoru celkem min. 76 ve variantě 4x19 ks zkumavek průměr 13x 75 - 110 mm.

Dělené adaptory není nutné nabídnout, zadavatel tento požadavek v aktualizované technické příloze odstranil.

### **Dotaz č. 2**

Pro centrifugy OKM, OKB a OKH požadujete alespoň 6 programů přímé volby na displeji. Rozumíme požadavku správně, že požadujete 6 samostatných tlačítek na čelním panelu, kde lze pod každé tlačítko uložit individuální program centrifugace a stisknutím tohoto tlačítka program přímo spustit?

**Odpověď 2:**

Ano, požadavkem na přímou volbu programu zadavatel požaduje 6 samostatných tlačítek, aby jedním úkonem bylo možné spustit požadovaný program. Vzhledem k dispozičnímu umístění centrifug v místnosti je přímá jednotlačítková volba pro každý program uživatelsky zásadní jak z provozních důvodů, tak i z důvodu eliminace chybovosti.

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bod IV.2.2) nově | Lhůta pro doručení nabídek:<br>Datum: 27. 2. 2023 Čas: 10:00     |
| Bod IV.2.7) nově | Podmínky pro otevírání nabídek:<br>Datum: 27. 2. 2023 Čas: 10:01 |

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová  
ředitel

Příloha  
Příloha č. 2 Minimální technické parametry (revize 20. 1. 2023)