

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:

Modernizace přístrojového vybavení

Část 1 – Elektrochirurgický generátor pro operační sály

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zadavatele:

O-2023-4

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2022-048200

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Statutární zástupce:

MUDr. Lukáš Velev, MHA

Sídlo:

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ/DIČ:

0090638/CZ00090638

E-mail:

sekretariat@nemji.cz

Web:

www.nemji.cz

Tel:

567 157 111

Datová schránka:

4srk6jw

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tímto odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz se týká části 1 – Elektrochirurgický generátor pro operační sály:

Dotaz č. 1:

Náš dotaz zní následovně:

Zadavatele požaduje: požadavek č. 26 Zobrazení výkonu ve Wattech, možnost nastavení výkonu u všech typů řezu a koagulace po kroku max. 1 Wattu v celém rozsahu výkonu.

Na základě průzkumu z veřejně dostupných informací na portálu Registr Zdravotnických Prostředků: <https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/>, dle stažených návodu elektrokoagulací většiny renomovaných značek splnění výše uvedeného požadavku v kombinaci s ostatními požadavky (jako např.: Bipolární resekce a vaporizace, Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm (tzv. vessel sealing či ligace), simultánní koagulace) je u moderních elektrokoagulačních jednotek využívajících nejnovější technologie v kombinaci s ergonomií obsluhy nespílitelné, protože některé módy řezu nebo koagulace fungují na automatickém nebo skokovém nastavování a dávkování výkonu (např.: bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm, bipolární resekce a vaporizace, simultánní koagulace, které jsou vyžadovány v dalších bodech specifikace). Připustí zadavatel nabídku generátoru s typy řezu a koagulace (bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm, bipolární resekce a vaporizace, simultánní koagulace), které fungují s automatickým nebo skokovým nastavením výkonu (tedy nelze nastavit výkon po kroku max. 1 W v celém rozsahu výkonu)?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení tazatele.

Lhůta pro podání nabídek se u části **č. 1 – Elektrochirurgický generátor pro operační sály tímto prodlužuje, a to do termínu 28. 2. 2023, 10:00 hodin.** Lhůta pro podání nabídek u ostatních částí zakázky zůstává beze změny.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace