



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nmm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Vrtací a pilové systémy pro VELKÉ operace
druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-004195
ev. č. VZ u zadavatele:	02/23/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 16.2.2023 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Zadavatel předně sděluje, že Žádost byla podána sedmý pracovní den přede dnem ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **po lhůtě stanovené zadavatelem** v předmětné Zadávací dokumentaci ze dne 25.1.2023 (dále jen „ZD“), ve které je v odst. 13.3.3 uvedeno, že za včasné podanou žádost o vysvětlení ZD bude zadavatel považovat „**každou žádost podanou nejpozději 8 pracovní den před dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.**“ Toto ustanovení zadavatel v ZD stanovil ve smyslu ust. § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel i přes to, že Žádost nebyla doručena včas rozhodl, že vysvětlení poskytne. Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele jsou uvedeny níže:

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
V zadávací dokumentaci “Příloha č. 2 - tech. spec. vrt. a pil. syst. pro VELKÉ operace” - bod č. 23 zadavatel požaduje: 6 ks zavaděč drátu vel. min. 1,0-2,5mm. Bude zadavatel akceptovat 6 ks zavaděč drátu vel. 2,0-4,0mm?
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude akceptovat 6ks zavaděčů drátu vel. 2,0-4,0mm. Zadavatel však po zvážení potřeby naplnění medicínsko – technického účelu daného požadavku rozhoduje o úpravě rozměrů zavaděče drátu, a to takové, že původní rozměry „1,0 – 2,5“ mění na „0,8-2,2mm.“ . Nové znění požadavku č. 23 v příloze č. 2 ZD tedy zní: „6 ks zavaděč drátu vel. min. 0,8 – 2,2mm“.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
V zadávací dokumentaci "Příloha č. 2 - tech. spec. vrt. a pil. Syst._pro VELKÉ operace" - bod č. 6 zadavatel požaduje: Točivý moment min. 16,5 Nm. Bude zadavatel akceptovat krouticí moment frézování 20Nm s ohledem na fakt, že krouticí moment se odvíjí od rychlosti frézování a vynaložené síly operátora?
Znění odpovědi:
Zadavatel v požadavku č. 6 stanovil „točivý moment <u>min.</u> 16,5Nm“, to znamená, že nabízené plnění s točivým momentem 20Nm logicky bude splňovat požadavek zadavatele.

Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, zadavatel rozhodl **o úpravě technických podmínek na předmět plnění** uvedených v příloze č. 2 ZD, a to tak, jak je popsáno výše.

Nové znění přílohy č. 2 ZD **se zvýrazněnými změnami** je přílohou této zprávy.

Poznámka: zadavatel informuje, že pokud obdrží nabídky obsahující původní znění přílohy, nebude to důvod k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení za předpokladu, že nabízené plnění splní technické podmínky upravené na základě tohoto vysvětlení tj. technické podmínky uvedené v aktualizované příloze č. 2 ZD, která je přílohou tohoto dokumentu.

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsány změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU**, a to **do 27.3.2023 do 13:30 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční dne 27.3.2023 ve 13:30 hodin, a to za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 30.1.2023 pod ev. č. F2023-004195. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 20.2.2023.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 20.2.2023

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice