

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

1.1. Název veřejné zakázky:	Přístroj anesteziologický vč. monitoru
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2023-006739
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz 1

Zadavatel uvádí ve veřejné zakázce Přístroj anesteziologický vč. monitoru, požadavek s funkcí automatického řízení průtoků a koncentrace anestetik ve vdechované směsi dle nastavených hodnot průtoků a koncentrace anestetika a kyslíku ve vydechované směsi (pro eliminaci metabolických vlivů u různých skupin pacientů).

Dodavatel nabízí tyto zásadní bezpečnostní prvky a to: vybavení pro měření hloubky anestezie a analgezie, které je součástí našich nabízených anesteziologických přístrojů.

Dále anesteziologický přístroj disponuje důležitými funkcemi jako je VoluProtect, které účinně brání proti volumotraumatu tím, že snižuje tlak v plicích, dále funkci BaroProtect, které snižuje riziko poškození plic během objemové ventilace.

Bude zadavatel akceptovat tyto změny, které jsou jednoznačnými bezpečnostními prvky, které chrání jak personál při péči o pacienta, tak i samotného pacienta?

Odpověď 1

Uvedené bezpečnostní prvky jako měření hloubky anestezie a analgezie resp. NMT zadavatel požaduje jako povinnou výbavu v minimálních technických parametrech.

Zadavatel trvá na uvedeném požadavku. Anesteziologický přístroj musí umožňovat automatický režim vedení anestezie způsobem, kdy lékař zadá požadovanou koncentraci zvoleného anestetika a koncentrace kyslíku ve vydechovaném vzduchu a přístroj s ohledem na tyto požadavky nastavuje koncentraci kyslíku a koncentraci zvoleného anestetika na vstupu. Důvodem této zásadní bezpečnostní funkce je eliminace metabolických vlivů u různých skupin pacientů.

Dotaz č.2

Zadavatel uvádí ve veřejné zakázce Přístroj anesteziologický vč. monitoru použití elektronicky řízených zásobníků pro anestetika použití elektronicky řízených zásobníků pro anestetika (sevofluran, desfluran), zásobníky nejsou součástí dodávky.

Bude zadavatel akceptovat i klasické mechanické odpařovače?

Odpověď 2

Zadavatel nebude akceptovat klasické mechanické odpařovače, protože elektronické odpařovače jsou nezbytné k zajištění automatického řízení nastavení koncentrace anestetik ve zpětné vazbě dle požadavku uživatele.