

## Automat tkáňový odvodňovací

Předmětem plnění je dodávka vakuového tkáňového procesoru vzorků pro patol. laboratoř.

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

Podmínka plnění	Splnění podmínky dodavatelem <sup>1</sup>	Číslo strany nabídky dodavatele <sup>2</sup>
<b>Parametry systému</b>		
<b>TP300 (RVG1) - standardní vakuový tkáňový procesor</b>		
Ovládání a SW v českém jazyce	ANO	20
Systém řízení a kontroly reagensů: reagensie, parafíny a filtry	ANO	20
Efektivní cyklus čištění parafínu	ANO	20
Agitace (promíchávání) reagensů: uživatelsky nastavitelný	ANO	20
Volitelně nastavitelné vakuum / tlak / tlak okolí / teplota	ANO	20
Automatické plnění/doplňování/vypouštění reagensů a čistících roztoků ze zásobních nádob	ANO	20
Automatické vypouštění do odpadních nádob	ANO	20
Záloha dat přes USB port	ANO	20
24 hodinová kontrola systému a řešení hlášení poruch uživatelským	ANO	20
Internetová online podpora: kontrola systému, nastavení, servisní přístup	ANO	20
Uživatelské rozhraní: min. 15" barevný dotykový LCD monitor	ANO hodnota	15", str. 20
Uživatelsky editovatelné programy: min 18 (rychlé a noční)	ANO hodnota	18, str. 20
Zpoždění startu: až 14 dnů	ANO	20
Speciální reverzní program	ANO	20
Programovatelné nastavení ukončení procesu: pro každý program, automatické ukládání nastavení	ANO	20
Čistící programy: min. 1 přednastavený optimalizovaný, min. 3 uživatelské	ANO	20
Filtr s aktivním uhlím: min. 2ks , snadná výměna, bezpečná manipulace	ANO	20
Odsávaná procesorová komora	ANO	20
Jednoduchá uživatelská údržba	ANO	20
Napájení: 100-240V - 50/60Hz	ANO	20
Přesnost řízení teploty: max. +/- 1°C	ANO hodnota	str. 20, +/- 1°C
Parafíny: min. 4 + 1 rezerva - objem min. 2.5l	ANO	20
Kapacita: min. 300 standardních kazet	ANO hodnota	str. 20, 300 kazet
Nerezová pracovní komora	ANO	20
Koše na vzorky: min. 2x 150 STD kazet	ANO hodnota	20
Reagenční nádoby: min. 10, objem min. 2.5 l, s rychlospojkami	ANO	20

Nádoby na čisticí roztoky: min. 2, objem min. 2.5 l, s rychlospojkami	ANO	20
---	-----	----

V Litvínovicích dne

(el.) podpis:

.....  
Jiří Bárta  
jednatel

\_\_\_\_\_