

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

1.1. Název veřejné zakázky:	Dávkovač lineární + pumpa infuzní + dokovací stanice
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2023-010267
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz 1

Zadavatel v příloze č. 1 ZD Minimální technické parametry požaduje u injekčního dávkovače a volumetrické pumpy bateriový provoz minimálně 10 hodin a dobu nabíjení pod 4 hodiny. Bude zadavatel akceptovat přístroj s baterií výdrží více jak 5 hodin a dobou nabití do plné kapacity pod 5 hodin nebo typ baterie Smart s výdrží více jak 11 hodin s dobou nabití do plné kapacity pod 6 hodin?

Odpověď 1

Ne, zadavatel trvá na stávajících technických parametrech, výdrž min. 10 hodin a dobu nabití pod 4 hodiny.