

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

1.1. Název veřejné zakázky:	Dávkovač lineární + pumpa infuzní + dokovací stanice
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2023-010267
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz 1

Zadavatel požaduje Možnost uchycení až třech přístrojů do sebe mimo dokovací stanici bez nutnosti použití dalších pomůcek a adaptérů pro snadný přenos více přístrojů mimo dokovací stanici.

Účastník nabízí řešení transportní dokovací stanice se svorkou na tyč/eurolištu a integrovanou rukojetí, která pojme celkem 3 infuzní pumpy nebo lineární dávkovače. Účastník má za to, že nabízené řešení sebou nenese žádné nevýhody, neboť i při požadovaném uchycení přístrojů do sebe je nutné vzniklou sestavu následně doplnit například o svorku pro uchycení na lůžko během transportu. Při užití transportní dokovací stanice uživatel pouze vyjme přístroje z dokovací stanice u lůžka a vloží je do připravené transportní dokovací stanice.

Bude zadavatel akceptovat navrhované řešení? Pokud ano, kolik transportních dokovacích stanic požaduje?

Odpověď 1

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení, protože uvedené řešení výrazně snižuje praktičnost. Navíc vyžaduje mít někde k dispozici dostatek transportních dokovacích stanic, což je problém jak skrz úložné místo, tak rychlou dostupnost při akutních transpotech.