

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka	
Název:	laboratoř chemie GJ-A1LC
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P23V00000094
Část veřejné zakázky:	Část 1 – Vybavení interiéru laboratoře chemie Část 2 – Projektor s příslušenstvím Část 3 – Laboratorní sušárna
Datum zahájení výběrového řízení:	28. 3. 2023
Zadavatel	
Název:	Gymnázium Jihlava
IČO:	60545984
Adresa sídla:	Jana Masaryka 1560, 586 01 Jihlava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Pavel Suk, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_134.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o., Bc. Iveta Rabasová, e-mail: rabasova@pkkv.cz , tel: 730588777

Gymnázium Jihlava jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 29. 3. 2023 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace pro shora uvedenou část této veřejné zakázky a v souladu s čl. 14 Výzvy k podání nabídek uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Dotaz č. 1:

Část 3 – Laboratorní sušárna

Prosíme o vyjádření zadavatele zda-li bude akceptovat maximální teplotu do 300°C. Tedy teplotní rozsah pro sušárnu 20-300 °C.

Žádost dodavatele č. 2:

Dotaz č. 2:

Část 3 – Laboratorní sušárna

Máme dotaz k části 3 - laboratorní sušárna.

- 1. Budete akceptovat hloubku 520 mm*
- 2. Budete akceptovat teplotní rozsah +5°C - 300°C*
- 3. Co znamená dvojitý displej pro odečítání hodnot? Jsou to 2 displeje pod sebou?*

Odpověď zadavatele č. 1:

ad Dotaz č. 1:

Zadavatel může a bude akceptovat teplotní rozsah 20-300°C a na základě podnětu provede ve VZ – laboratoř chemie GJ-A1LC, část 3 – Laboratorní sušárna Změnu zadávací dokumentace č. 1. - Teplotní rozsah 20-300°C.

ad Dotaz č. 2:

1. Zadavatel nemůže z prostorového hlediska laboratoře a návaznosti na ostatní vybavení akceptovat větší hloubku sušárny než je stanovena - vnější rozměry max.- v x š x h 710 x 590 x 450 mm.

2. Zadavatel může a bude akceptovat teplotní rozsah 5-300°C a na základě podnětu provede ve VZ – laboratoř chemie GJ-A1LC, část 3 – Laboratorní sušárna Změnu zadávací dokumentace č. 1. - Teplotní rozsah 20-300°C.

3. Zadavatel uvádí, mohou to být 2 displeje pod sebou.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** pro všechny části veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta skončí dne **25. 4. 2023 v 10.00 hod.**

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_134.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00010867>.

V Jihlavě

.....
Mgr. Pavel Suk
ředitel
Gymnázium Jihlava
podepsáno elektronicky