

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

1.1. Název veřejné zakázky:	<b>Defibrilátor s monitorací</b>
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2023-011871
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	<b>Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace</b>
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

### **Zadavatel v příloze č.1 minimální technické parametry požaduje:**

1. Rozsah měření NIBP v režimu dospělí – 0-300 mmHg – Uchazeč by rád nabídnul přístroj, který má rozsah měření 10–297 mmHg. Uchazeč má zkušenosti, že z klinického hlediska je tento rozsah dostačující, protože má zkušenosti s tímto přístrojem, který je dodáván po celém světě a splňuje náročné podmínky zákazníků ve zdravotnických zařízení a je velmi oblíbený. Bude zadavatel akceptovat uvedený rozsah?

#### **Odpověď 1**

**Ano, zadavatel bude akceptovat nabízený rozsah měření NIBP.**

2. Rozsah tepové frekvence z Respirace 0-200 tepů/min – Zadavatel požaduje rozsah tepové frekvence z Respirace, ale vzhledem k tomu, že zadavatel nepožaduje modul respirace, tak žádáme zadavatele, aby od tohoto požadavku ustoupil.

#### **Odpověď 2**

**Zadavatel uvedený požadavek odstranil.**

3. Velikost LCD dotykového displeje min. 8" se zobrazením 5 křivek a s automatickým jasnem displeje – Zadavatel požaduje min. 8" LCD displej. Tato velikost displeje u defibrilátoru je využitelná v případě, že je požadováno 12 svodové EKG. Uchazeč se domnívá z praxe, že zadavateli stačí velikost displeje 7" a 4 křivky. Tímto žádáme zadavatele, aby přezkoumal a posoudil, zda je pro zadavatele dostačující velikost 7", protože není významný a výrazně prodražuje celou zakázku.

#### **Odpověď 3**

**Zadavatel upravil zadávací podmínku tak, že bude akceptovat 7" monitor zobrazující 4 křivky.**

4. Světelný indikátor kvality kontaktu elektrod (pádel) s pokožkou pacienta na pádlech i na displeji - Světelný indikátor kvality kontaktu elektrod s pokožkou pacienta na pádlech – je jediný parametr, který nutí uchazeče, aby nabídnul výrazně dražší model defibrilátoru. Ze zkušenosti uchazeče se navíc tato funkce v reálných situacích nepoužívá, protože personál je zvyklý sledovat hlavní displej defibrilátoru (kde jsou uvedeny všechny důležité údaje pacienta, např. EKG, SpO2, NIBP atd.) podle kterého se řídí a na kterém je tato indikace výrazně viditelná. Žádáme zadavatele, aby od tohoto požadavku upustil, protože není významný a výrazně prodražuje celou zakázku.

#### **Odpověď 4**

**Zadavatel uvedený parametr po konzultaci s uživateli defibrilátorů (lékaři) odstranil.**

### **Informace 1**

Zadavatel na základě výše uvedených odpovědí upravil přílohu č. 1 - Minimální technické parametry, kterou uveřejňuje v rámci tohoto vysvětlení (viz příloha č. 1). Původní technická specifikace „Svazek 1 příloha č. 1 - Minimální technické parametry“ se tímto ruší a nově uveřejněná se stává součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

## Informace 2

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně (platí shodně pro všechny části veřejné zakázky):

Bod IV.2.2) nově      Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **23. 5. 2023**    Čas: **11:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově      Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **23. 5. 2023**    Čas: **11:01 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Příloha:

Příloha č. 1 - Svazek 1 příloha č. 1 - Minimální technické parametry (revize 13.4.2023)