

# Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu

<b>Veřejná zakázka</b>	
<b>Název:</b>	Laboratoř chemie – vybavení
<b>Identifikátor zakázky (systémové číslo):</b>	P23V00000128
<b>Datum zahájení výběrového řízení:</b>	13. 4. 2023
<b>Zadavatel</b>	
<b>Název:</b>	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
<b>IČO:</b>	60418427
<b>Adresa sídla:</b>	Tyršova 365 676 02 Moravské Budějovice
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele:</b>	Mgr. František Dubský, ředitel
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_132.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_132.html</a>
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Bc. Zuzana Melicharová e-mail: melicharova@pkkv.cz tel: 734 285 412

**Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365** jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 19. 4. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace a v souladu s čl. 13 Výzvy k podání nabídek uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace:

## Žádost dodavatele č. 1:

### **Dotaz č. 1:**

Dobrý den,  
máme na zadavatele dotazy.

1 - Jako součást vybavení laboratoře chemie je i digestoř a médiové stěny. Minimálně tyto prvky by měly být doloženy certifikáty vydanými notifikovanou osobou - digestoř odpovídá ČSN EN 14175 a digestoře a médiové stěny odpovídají požadavkům směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU pro laboratorní stoly a digestoře (doložení označení výrobků značkou CE pro laboratorní stoly s elektrorozvody a digestoře).

V ZD jsme však požadavek na doložení certifikátů nenašli, bude doložení certifikátů požadováno? (vzhledem k bezpečnosti práce studentů)

### **Dotaz č. 2:**

2 – u položky „03-02 laboratorní regálový systém, sestava“ není v položkovém rozpočtu uveden rozměr. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 1:

**ad Dotaz č. 1:**

U položky 02-01 Digestoř zadavatel požaduje doložení platného certifikátu o shodě s požadavky dle ČSN EN 14175-2 (nebo ekvivalent). Pro použití pak musí být zařízení opatřeno výstražnými popisy dle ČSN EN 14175 (nebo ekvivalent).

U položky 02-01 Digestoř a dále u položek 01-05, 01-06, 01-07 Laboratorní stůl (resp. mediové stěny těchto stolů) zadavatel požaduje doložení platného certifikátu o shodě s požadavky dle směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU.

Uchazeč tyto certifikáty předloží ve své nabídce.

Dále zadavatel požaduje splnění následující certifikace (bez nutnosti dokládání certifikátu).

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro zdravotní nezávadnost nábytku. Dále musí mít certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách a být ve shodě následujících norem: ČSN EN 13150 (nebo ekvivalent); ČSN EN 527-2:2016 (nebo ekvivalent); ČSN EN 91-001:2007 (nebo ekvivalent).

**ad Dotaz č. 2:**

U položky „03-02 laboratorní regálový systém, sestava“ zadavatel požaduje rozměry dle výkresové dokumentace, tj.: hloubka 40 cm, délka 255 cm a výška 200 cm.

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **28. 4. 2023 v 10.00 hod.**

Toto vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_132.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_132.html), a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00010901>.

V Moravských Budějovicích

.....  
**Mgr. František Dubský**

ředitel

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

*podepsáno elektronicky*