

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu
Část veřejné zakázky:	část 3 – Ultrazvukový přístroj pro urologickou diagnostiku
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-014189
Identifikátor části zakázky (systémové číslo):	P23V00000247
Datum zahájení zadávacího řízení:	11. 4. 2023
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
IČO:	00511951
Adresa sídla:	Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zastupující zadavatele v zadávacím řízení Ing. Marek Bena e-mail: benam@pkkv.cz tel.: 604 119 057

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 26. 4. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace pro shora uvedenou část této veřejné zakázky a v souladu se zákonem a čl. 13.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dobrý den,
rádi bychom zadavateli položili následující dotaz:

Bude zadavatel akceptovat přístroj, jehož hard disk má vyhrazený sektor pro data o velikosti 256 GB s kapacitou na úschovu cca 50.000 obrazů? Dokumentace zadavatele je řešena formou sítě DICOM, současně lze připojit externí HDD.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zvážil povahu dotazu, resp. žádosti dodavatele a rozhodl se upravit zadávací podmínky tak, že ji vyhovuje.

Předmětná technická podmínka se proto tímto mění takto:

Vestavěný HDD minimálně 250 GB pro cca 50 000 obrazů s integrovanou patientskou databází a snadným exportem obrazů do DICOM a na externí média (USB externí HDD, SSD, Flash disk)

Přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace tvoří aktualizovaná příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění, která mění a nahrazuje původně uveřejněnou přílohu č. 1.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** pro shora uvedenou část této veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta skončí dne **29. 5. 2023 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené části veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011020>.

V Pelhřimově

.....

Ing. Jan Mičák, MBA

ředitel

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

podepsáno elektronicky