



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Elektrokardiografické přístroje
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-011880
ev. č. VZ u zadavatele:	09/23/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 5.5.2023 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Žádost o vysvětlení ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Budete chtít používat příkazy (worklist)?
Znění odpovědi:
Podmínky komunikace mezi NIS a přístrojem zadavatel stanovil v požadavcích č. 25 až 27. Zde jsou uvedeny i minimální požadavky na formáty pro komunikaci. Z pohledu zadavatele není možné se vyjadřovat ke konkrétnímu technickému řešení, když zadavatel nezná funkcionality plnění, resp. přístroje, který tazatel hodlá nabízet.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Budete odesílat přes NIS příkazy do přístroje (HL7) nebo si přístroj stáhne worklist z PACs (DICOM)?
Znění odpovědi:
Podmínky komunikace mezi NIS a přístrojem zadavatel stanovil v požadavcích č. 25 až 27. Zde jsou uvedeny i minimální požadavky na formáty pro komunikaci. Z pohledu zadavatele není možné se vyjadřovat ke konkrétnímu technickému řešení, když zadavatel nezná funkcionality plnění, resp. přístroje, který tazatel hodlá nabízet.



Dotaz č. 3

Znění dotazu:

Po změření pacienta na EKG přístroji bez předchozí žádanky (bez požadavku z NIS) - je pro Vás akceptovatelné například odesílat tato data do PACsu přes DICOM?

Znění odpovědi:

Podmínky komunikace mezi NIS a přístrojem zadavatel stanovil v požadavcích č. 25 až 27. Zde jsou uvedeny i minimální požadavky na formáty pro komunikaci. Z pohledu zadavatele je shora uvedený popis akceptovatelný za předpokladu splnění všech nepodkročitelných technických požadavků uvedených v příloze č. 2 ZD.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 10.5.2023

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice