



Dodatečné informace

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem
IČO:	00179540
název VZ:	Jednorázové sterilní injekční stříkačky pro Nemocnici Havlíčkův Brod
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky/výzva k podání nabídky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/13/2015

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 16. 6. 2015 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vyjádření zadavatele k této žádosti jsou uvedeny níže.


Dotaz
Znění dotazu č. 1:
U stříkačky o objemu 2 ml je v poznámce uveden požadavek na kalibraci do 3 ml. Je nutné tuto kalibraci dodržet nebo můžeme nabídnout 2ml inj. stříkačku s kalibrací do 2,5 ml při splnění ostatních technických požadavků?
Stanovisko zadavatele – odpověď na dotaz
Ano, je možné nabídnout i 2 ml injekční stříkačku s kalibrací do 2,5 ml při splnění ostatních technických požadavků.

Uveřejnění dodatečných informací

Dodatečné informace budou uveřejněny stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 17. 6. 2015



Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace