

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Revitalizace operačních sálů
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2023-11
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-019168

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Fax:	567 301 212

Zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku a dále přidává dodatečné informace z vlastního podnětu. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve veřejné zakázce Revitalizace operačních sálů, v příloze č.4 Soupis prací a dodávek a v bodě 3) Překladač uvádí... maximální hmotnost pacienta 225 kg.
Předpokládá uchazeč správně, že zadavatel měl na mysli minimální nosnost 225 kg??

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „Maximální hmotnost pacienta 225 kg“.

Dotaz č. 2:

Zadavatel ve veřejné zakázce Revitalizace operačních sálů, v příloze č.4 Soupis prací a dodávek a v bodě 3) Překladač uvádí Vyhříváný transportní povrch: 34 °C–36 °C.
Bude zadavatel akceptovat variantu bez vyhřívání? Jelikož se nejedná o zařízení z funkcí zahřívát pacienta.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání. Vyhříváný transportní povrch zajišťuje nejen komfort pro pacienta, ale i snížení rizika podchlazení pacienta a potřeby další nutné péče s tím spojené.

Dotaz č. 3:

Zadavatel ve veřejné zakázce Revitalizace operačních sálů, v příloze č.4 Soupis prací a dodávek a v bodě 3) Překladač uvádí Obsluha na druhé straně přesune pacienta pomocí dálkového ovladače na lůžko.
Bude zadavatel akceptovat vyšší variantu řešení, a to vybavení dotykovým displeje o úhlopříčce 10" splňující veškeré požadované parametry a navíc umožňující další bezpečnostní prvky a funkce?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání. S ohledem na bezpečnost a provozní podmínky na oddělení požaduje provádět transport pacienta pomocí dálkového ovládání.

**Zadavatel dále připomíná jedno z oprávnění účastníků zadávacího řízení vyplývající z podkapitoly 3.1
Předmět plnění Zadávací dokumentace:**

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (*např. Hrachovec elektronik MP10*), je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

Zadavatel provedl změny textu v odst. 3.1, 7.2 a 7.3 Přílohy č. 6 – Návrh smlouvy o dílo. Aktuální verzi přílohy uveřejňuje na svém profilu na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze otázek, odpovědí, informací a změn se lhůta pro podávání nabídek prodlužuje do **13. 6. 2023 8:00 h.**

V Jihlavě dne 24. 5. 2023

NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČO: 00090638, DIČ: CZ00090638
tel.: 567 157 111, fax: 567 301 212
-28-

v. z.

MUDr. Lukáš Velev, MHA

ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace