



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Elektrochirurgické generátory 2
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-017601
ev. č. VZ u zadavatele:	12/23/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 24.5.2023 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Žádost“).

Zadavatel předně sděluje, že Žádost byla podána třetí pracovní den přede dnem ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **po lhůtě stanovené zadavatelem** v Zadávací dokumentaci ze dne 27.4.2023 (dále jen „ZD“), ve které je v odst. 13.3.3 uvedeno, že za včasné podanou žádost o vysvětlení ZD bude zadavatel považovat „**každou žádost podanou nejpozději 8 pracovní den před dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.**“ Toto ustanovení zadavatel v ZD stanovil ve smyslu ust. § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel i přes to, že Žádost nebyla doručena včas rozhodl, že vysvětlení poskytne. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele jsou uvedeny níže:

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
<i>Min. 2 bipolární a min. 2 monopolární výstupy</i> Připustí zadavatel nabídku přístroje s 2 bipolárními výstupy a 1 monopolárním výstupem? Ve Vaší nemocnici již elektrochirurgické generátory s výše popsanými výstupy používáte na operačních sálech. Ze zkušeností víme, že použití přístroje nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné. Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného přístroje?
Znění odpovědi:
Zadavatel nepřipouští nabídku přístroje s 2 bipolárními výstupy a 1 monopolárním výstupem, řešený požadavek shledává jako oprávněný a odůvodněný s ohledem na předpokládanou životnost dodaného plnění, široké spektrum výkonů a budoucí vývoj operativy u zadavatele. Z hlediska současného trhu se jedná již o standardní výbavu přístrojů. Daný požadavek může splnit více výrobců, resp. dodavatelů, a to včetně tazatele (zadavatel vychází z volně dostupných informací).

Dotaz č. 2

Znění dotazu:

Koagulace dvou na sobě nezávislých připojených instrumentů monopolární (řezná, silná, sprejová) a bipolární

Výše uvedený bod specifikace přístroje v zadávacích podmínkách přesně definuje přístroje značky Bowa a Valleylab. Požadavek simultánní bezkontaktní koagulace nesplní žádný jiný elektrokoagulační přístroj nabízený na českém trhu. Z tohoto důvodu vznášíme tento dotaz, ve kterém se pokoušíme vysvětlit diskriminační povahu Zadávací dokumentace a se snahou o narovnání Zadávacích podmínek tak, aby byla možná účast více dodavatelů s nabídkou konkurenčních přístrojů. Námi dodávané elektrochirurgické přístroje nabízí kontaktní simultánní koagulaci 2 nástroji. Ze zkušeností víme, že použití přístroje s ovládáním dotykovými klávesami nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné. Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného přístroje?

Znění odpovědi:

Zadavatel nepřipouští nabídku výše specifikovaného přístroje a konstatuje, že požadavek ve znění, jak je zadavatelem stanoven v bodě 4, tj. požadavek na „koagulaci dvou na sobě nezávislých připojených instrumentů“ splňuje široké spektrum výrobců, resp. dodavatelů včetně samotného tazatele (zadavatel vychází z volně dostupných informací). Proto zcela objektivně nelze souhlasit s tvrzením tazatele o „diskriminační povaze“ požadavku a také nelze souhlasit s tvrzením, že výše uvedený technický požadavek na předmět plnění „přesně definuje“ pouze dvě „značky“. Zadavatel doplňuje, že „simultánní bezkontaktní koagulace“, kterou tazatel v dotazu uvádí, není požadována ani v rámci řešeného požadavku, ani v žádném jiném požadavku v rámci technické specifikace. Zadavatel v technické specifikaci výslovně připouští v bodě 13. „Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje nebo tlačítek na čelním panelu“, proto shledává část textu v dotazu k účelnosti a využitelnosti přístroje „s ovládáním dotykovými klávesami“ jako bezpředmětnou a irelevantní.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění Žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 26.5.2023

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice