

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Revitalizace operačních sálů
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2023-11
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-019168

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Fax:	567 301 212

Zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Mohl by zadavatel akceptovat nabídku obsahující zabudování stěnového 49“ monitoru do skříňky s krycím sklem ze strany operačního sálu?

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel požaduje řešení popsané ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Požaduje zadavatel používání jednotné zásuvky pro napojování modalit na operačním sále, nebo bude akceptovat i možnost více typů přípojných zásuvek na sálech?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje používání jednotné zásuvky na operačním sále. Nepřijatelné je používání více typů zásuvek umístěných na stativy jako je DP, 12G, 4x3D-SDI, HDMI apod.

Dotaz č. 3:

Uchazeč žádá o sdělení, jaké typy signálů bude zadavatel zapojovat do systému videointegrace?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje možnost zapojení všech typů signálů používaných na modalitách na operačním sále až po 4K HDMI, DP, 4x3GSDI, 12G s možností používání signálů s rozlišením 8K.

Dotaz č. 4:

Požaduje zadavatel využití pouze optických kabelů pro přenos signálů z modalit do monitorů, nebo bude akceptovat i používání koaxiálních kabelů?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na používání pouze optických kabelů a takového provedení, které umožní v budoucnu používat i laparoskopy a monitory s rozlišením 8K bez nutnosti výměny kabelů.

Dotaz č. 5:

Požaduje zadavatel používání „hybridních převodníků“ pro napojení modalit, nebo umožní i jiné provedení/řešení?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje používání popsaného řešení pomocí hybridních převodníků, kdy se signál z modality převede přímo u modalit na signál vhodný k přenosu po optickém vlákne.

Dotaz č. 6:

Zadavatel uvádí ve specifikacích požadavek na server pro ukládání nahrávek z modalit. Toto nahrávání na server se má uskutečňovat automaticky nebo je možno tento záznam zaslat na server až po ukončení operace?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby záznam z operace byl přímo nahráván na příslušný server bez nutnosti jeho dalšího přeposílání.

Dotaz č. 7:

Pro ovládání systému videointegrace má sloužit stěnová stanice 24“ s dotykovou obrazovkou, nebo bude zadavatel akceptovat umístění dalšího ovládacího monitoru na sále?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje systém bez dalšího přídavného monitoru na sále – z důvodu omezeného prostoru.

Dotaz č. 8:

Uchazeč žádá o sdělení, zda má zadavatel zpracovánu závaznou technickou zprávu pro videointegraci a zda ji může uchazeči poskytnout.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel přikládá zprávu jako přílohu.

Dotaz č. 9:

V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí, že ventilové skříně medicínálních plynů budou výrobky třídy II.b s registrací SÚKL. Bude zadavatel akceptovat nabídku ventilových skříní mimo rizikovou třídu II.b bez registrace SÚKL?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání.

Dotaz č. 10:

V zadávací dokumentaci stropních stativů je uveden požadavek na cable management uvnitř zdrojového sloupu. Bude uznán organizér kabelů mimo zdrojový sloup?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání.

Dotaz č. 11:

V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí v požadavcích u stropních stativů požadavek na možnost umístění polic na kteroukoliv stranu zdrojového sloupu. Bude zadavatel akceptovat uchycení pouze ze dvou stran zdrojového sloupu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání.

Součástí DODATEČNÝCH INFORMACÍ / VYSVĚTLENÍ Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická zpráva videointegrace

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí **se lhůta pro podávání nabídek nemění.**

V Jihlavě dne 30. 5. 2023

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace