

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Barvicí lineární automat“ – dodatečné informace**

Dne 24. 6. 2015 byly vzneseny tyto dotazy, na které Vám zasíláme odpovědi:

Dotaz č. 1

V technických požadavcích požadujete „integrovaný záložní zdroj při přerušení napájení“. Budete akceptovat řešení s externím záložním zdrojem? Efekt při přerušení napájení je stejný, tudíž nevidíme žádnou výhodu plynoucí z integrace tohoto zdroje.

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje i řešení s externím záložním zdrojem.

Dotaz č. 2

Jaká je předpokládaná hodnota veřejné zakázky?

Odpověď:

Zadavatel nesděljuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.

S pozdravem

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100


Ing. Jana Fidlerová
Vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace