

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:

Akumulátorové operační vrtačky

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zadavatele:

O-2023-12

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Statutární zástupce:

MUDr. Lukáš Velev, MHA

Sídlo:

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ/DIČ:

0090638/CZ00090638

E-mail:

sekretariat@nemji.cz

Web:

www.nemji.cz

Tel:

567 157 111

Fax:

567 301 212

Zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele na stejném místě, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje ergonomickou rukojeť vhodnou pro ovládání pravou i levou rukou; dvouspoušťovou – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s jednou spouští a přepínačem směru, které lze pohodlně ovládat levou i pravou rukou?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Ergonomická rukojeť vhodná pro ovládání pravou i levou rukou; dvouspoušťová*“.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje levý i pravý chod otáček oscilace – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení bez režimu oscilace, které je běžně používáno a akceptováno ortopedickými pracovišti nejen v České republice?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Levý i pravý chod otáček a oscilace*“.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci v příloze č.3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje funkci pomalého šroubování a oscilačního vrtání zamezující namotání měkkých tkání na vrták – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení bez režimu oscilace, které je běžně používáno a akceptováno ortopedickými pracovišti nejen v České republice?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Funkce pomalého šroubování a oscilačního vrtání zamezující namotání měkkých tkání na vrták*“.

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje výstupní výkon vrtačky při provozu na baterii min. 250W – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s výkonem 150W, které je díky vyššímu krouticímu momentu plně dostačující a běžně používané ke kompletní škále ortopedických výkonů na velkých kloubech a kostech?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Výstupní výkon vrtačky při provozu na baterii min. 250 W*“.

Dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje plynulé nastavení otáček při vrtání min. v rozsahu 0 - 1350 ot./min – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s plynulým nastavením otáček při vrtání 0-950 ot.-min?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Plynulé nastavení otáček při vrtání min. v rozsahu 0 - 1350 ot./min*“.

Dotaz č. 6:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje plynulé nastavení otáček při frézování min. v rozsahu 0 - 330 ot./min – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s plynulým nastavením otáček při vrtání 0-200 ot.-min?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Plynulé nastavení otáček při frézování min. v rozsahu 0 - 330 ot./min*“.

Dotaz č. 7:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu parametry akumulátoru zadavatel požaduje napětí akumulátoru min. 14V – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s vyšší kapacitou a napětím 10,8V?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „Napětí akumulátoru min. 14 V“.

Dotaz č. 8:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu Nástavce zadavatel požaduje 8 ks nástavců oscilační pily s kontinuální regulací kmitů pomocí stisku spouště a rychloupínáním pilových listů pro jejich snadnou výměnu rychlost kmitů oscilační pily minimálně 13 500 osc./min – **Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení s rychlostí kmitů oscilační pily 13 000 osc./min, která je plně dostačující pro celé spektrum ortopedické operativy?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel **bude akceptovat** obdobné technické řešení s rychlostí kmitů oscilační pily 13 000 osc./min.

Požadavek zní: „8 ks nástavců oscilační pily s kontinuální regulací kmitů pomocí stisku spouště a rychloupínáním pilových listů pro jejich snadnou výměnu

- rychlost kmitů oscilační pily minimálně 13 000 osc./min“

Dotaz č. 9:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje 8 ks čistících kartáčků – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení ke kterému pro čištění nejsou čistící kartáčky nutné?**

Odpověď zadavatele:

Pokud je čištění vrtacího systému dle návodu k obsluze a doporučení výrobce zajištěno jiným způsobem, zadavatel **bude nabízené řešení akceptovat**.

Dotaz č. 10:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje Sterilizační kontejnery filtrační vč. víka a filtru pro opakované použití (filtr pro min. 1000 sterilizačních cyklů), rozměry vyhovující pro vložení sterilizačního síta, viz řádek výše – 8 ks – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení sterilizačních košů pro uložení kompletního vrtacího systému, v kontejneru bez filtrace?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „Sterilizační kontejnery filtrační vč. víka a filtru pro opakované použití (filtr pro min. 1000 sterilizačních cyklů), rozměry vyhovující pro vložení sterilizačního síta, viz řádek výše – 8 ks“.

Dotaz č. 11:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje krouticí moment při frézování min. 17Nm – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s kroutícím momentem 12,5 Nm, které plně vyhovuje požadovanému spektru operačních výkonů?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Krouticí moment při frézování min. 17 Nm*“.

Dotaz č. 12:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje krouticí moment pro vrtání min. 4,28Nm – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s kroutícím momentem 3,2 Nm, které plně vyhovuje požadovanému spektru operačních výkonů?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Krouticí moment pro vrtání min. 4,28 Nm*“.

Dotaz č. 13:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje Plynulé nastavení otáček při vrtání min. v rozsahu 0 - 1350 ot./min – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s plynulým nastavením otáček 0 – 1330 ot./m, které plně vyhovuje požadovanému spektru operačních výkonů?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel **bude akceptovat** technické řešení s plynulým nastavením otáček 0 – 1330 ot./min. Požadavek zní: „*Plynulé nastavení otáček při vrtání min. v rozsahu 0 - 1330 ot./min*“.

Dotaz č. 14:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu parametry přístroje zadavatel požaduje Plynulé nastavení otáček při frézování min. v rozsahu 0 - 350 ot./min – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s plynulým nastavením otáček 0 – 330 ot./m, které plně vyhovuje požadovanému spektru operačních výkonů?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel **bude akceptovat** technické řešení s plynulým nastavením otáček 0 – 330 ot./min. Požadavek zní: „*Plynulé nastavení otáček při frézování min. v rozsahu 0 - 330 ot./min*“.

Dotaz č. 15:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu parametry akumulátoru zadavatel požaduje napětí akumulátoru min. 14V – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s odpovídající kapacitou a napětím 10,8V?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje napětí akumulátoru min. 10,95 V, nikoliv uváděných min. 14V. Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Napětí akumulátoru min. 10,95 V*“.

Dotaz č. 16:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu parametry akumulátoru zadavatel požaduje LED indikaci stupně nabití min. ve 3 stupních – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení s vizuální indikací nabití na displeji nabíjecí stanice?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*LED indikace stupně nabití min. ve 3 stupních*“.

Dotaz č. 17:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu Nástavce zadavatel požaduje 3 ks zavaděčů Kirschnerových drátů pro průměry drátů od min. 0,7 – 4,0mm – **Bude zadavatel akceptovat dodání 3 ks nástavců určených pro operativu malých kloubů a kostí pro průměry drátů 0 – 3,2mm?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*3 ks zavaděčů Kirschnerových drátů pro průměry drátů od min. 0,7 - 4,0 mm*“.

Dotaz č. 18:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje 3 ks čistících kartáčků – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení ke kterému pro čištění nejsou čistící kartáčky nutné?**

Odpověď zadavatele:

Pokud je čištění vrtacího systému dle návodu k obsluze a doporučení výrobce zajištěno jiným způsobem, zadavatel **bude nabízené řešení akceptovat.**

Dotaz č. 19:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje Instrumentační olej pro promazávání součástí systému – min. 3 ks – **Bude zadavatel akceptovat technické bezúdržbové technické řešení, kdy vrtací systémy není třeba promazávat, tudíž není k dodání oleje důvod?**

Odpověď zadavatele:

Pokud je v návodu k obsluze uvedeno, že se jedná o bezúdržbový systém, tak **bude zadavatel nabízené řešení akceptovat.**

Dotaz č. 20:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje Sterilizační kontejnery filtrační vč. víka a filtru pro opakované použití (filtr pro min. 1000 sterilizačních cyklů), rozměry vyhovující pro vložení sterilizačního síta, viz řádek výše – 8 ks – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení sterilizačních košů pro uložení kompletního vrtacího systému, v kontejneru bez filtrace?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „Sterilizační kontejnery filtrační vč. víka a filtru pro opakované použití (filtr pro min. 1000 sterilizačních cyklů), rozměry vyhovující pro vložení sterilizačního síta, viz řádek výše – 3 ks“.

Dotaz č. 21:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Parametry přístroje zadavatel požaduje Ovládání handpiece pomocí páčky přímo na handpiece nebo

pomocí bezdrátového pedálu (oboje součástí dodávky) – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení přístroje s ovládáním pomocí drátového pedálu, které plní stejný medicínský účel a zároveň umožňuje ovládat oplach (chlazení vrtáku/frézy)?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Ovládání handpiece pomocí páčky přímo na handpiece nebo pomocí bezdrátového pedálu (oboje součástí dodávky)*“.

Dotaz č. 22:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Parametry přístroje zadavatel požaduje Automatické rozeznávání typu nástavce – bez nutnosti manuálního nastavování změny režimu – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení přístroje s ručním volbou přednastavených režimů, které plní stejný medicínský účel?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Automatické rozeznávání typu nástavce – bez nutnosti manuálního nastavování změny režimu*“.

Dotaz č. 23:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Parametry přístroje zadavatel požaduje Váhu handpiece bez nástavce max 150 g – **Bere zadavatel v potaz také hmotnost kabelu, nebo jde čistě o hmotnost handpiece?**

Odpověď zadavatele:

Jedná se o hmotnost handpiece bez nástavce a kabelu.

Dotaz č. 24:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Parametry přístroje zadavatel požaduje Rozměry handpiece bez připojeného nástavce max. 110 mm (délka) x 23 mm (tloušťka/průměr) – **Bude zadavatel akceptovat rozměry handpiece bez připojeného nástavce 112 mm (délka) x 23mm (tloušťka/průměr)?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel **bude nabízené řešení akceptovat**. Požadavek zní: *“Rozměry handpiece bez připojeného nástavce max. 112 mm (délka) x 23 mm (tloušťka/průměr)”*.

Dotaz č. 25:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Parametry přístroje zadavatel požaduje Rychlost vrtání min. 0 - 35 000 ot./min.– **Bude zadavatel akceptovat rychlost vrtání 300 – 40 000 ot./min?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: *„Rychlost vrtání min. 0 - 35 000 ot./min.“*.

Dotaz č. 26:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Nástavce zadavatel požaduje 1 ks nástavce vrtacího, sklíčidlo pro vrtáky s klíčem s upnutím v rozsahu min. 0,5 - 4,0 mm a rychlostí min. 0 - 1450 ot./min. – **Bude zadavatel akceptovat rychlost vrtání 0 – 1 300 ot./min?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: *„1 ks nástavce vrtacího, sklíčidlo pro vrtáky s klíčem s upnutím v rozsahu min. 0,5 - 4,0 mm a rychlostí min. 0 - 1450 ot./min.“*.

Dotaz č. 27:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Nástavce zadavatel požaduje 1 ks nástavce sagitální pily s kontinuální regulací rychlosti kmitů pomocí stisku páčky nebo pedálu a rychloupínáním pilových listů pro jejich snadnou výměnu rychlost min. 0 - 22 000 osc./min. – **Bude zadavatel akceptovat rychlost 0 – 15 000 ot./min?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: *„1 ks nástavce sagitální pily s kontinuální regulací rychlosti kmitů pomocí stisku páčky nebo pedálu a rychloupínáním pilových listů pro jejich snadnou výměnu*

- rychlost min. 0 - 22 000 osc./min“*.

Dotaz č. 28:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje Resterilizovatelný kabel pro propojení handpiece a pohonné jednotky, délka min. 3,5 m – 1 ks – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení handpiece s integrovaným kabelem?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Resterilizovatelný kabel pro propojení handpiece a pohonné jednotky, délka min. 3,5 m – 1 ks*“.

Dotaz č. 29:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje Bezdrátový nožní pedál pro ovládání handpiece – 1 ks – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení nožního pedálu s integrovaným kabelem?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Bezdrátový nožní pedál pro ovládání handpiece – 1 ks*“.

Dotaz č. 30:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje Nabíječka pro bezdrátový nožní pedál – 1 ks – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení nožního pedálu s integrovaným kabelem, které tudíž nepotřebuje nabíječku?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Nabíječka pro bezdrátový nožní pedál – 1 ks*“.

Dotaz č. 31:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje Páčka pro ruční ovládání, není pevnou součástí rukojeti – 1 ks – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení ovládání pomocí nožního pedálu s integrovaným kabelem, které splňuje medicínský účel zařízení?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Páčka pro ruční ovládání, není pevnou součástí rukojeti – 1 ks*“.

Dotaz č. 32:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – u položky **Micro tužkový vrtací systém – 1 kus** v bodu Příslušenství zadavatel požaduje Sterilizační kontejnery filtrační vč. víka a filtru pro opakované použití (filtr pro min. 1000 sterilizačních cyklů), rozměry vyhovující pro vložení sterilizačního síta, viz řádek výše – 8 ks – **Bude zadavatel akceptovat technické řešení sterilizačních košů pro uložení kompletního vrtacího systému, v kontejneru bez filtrace?**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání – požadavek zní: „*Sterilizační kontejner filtrační vč. víka a filtru pro opakované použití (filtr pro min. 1000 sterilizačních cyklů), rozměry vyhovující pro vložení sterilizačního síta, viz řádek výše – 1 ks*“.

Zadavatel provedl **změny textu v Příloze č. 3 – Technická specifikace dodávky. Aktuální verzi přílohy uveřejňuje** na svém profilu na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze otázek, odpovědí, informací a změn **se lhůta pro podávání nabídek prodlužuje do 9. 8. 2023 8:00 h.**

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

V.z.:

.....

MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace