

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

| Veřejná zakázka                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                         | Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V                                                                    |
| Část veřejné zakázky:                          | část 10 - Myčka endoskopů                                                                                               |
| Evidenční číslo ve Věstníku VZ:                | Z2023-027556                                                                                                            |
| Identifikátor části zakázky (systémové číslo): | P23V00000482                                                                                                            |
| Datum zahájení zadávacího řízení:              | 29. 6. 2023                                                                                                             |
| Zadavatel                                      |                                                                                                                         |
| Název:                                         | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace                                                                        |
| IČO:                                           | 00179540                                                                                                                |
| Adresa sídla:                                  | Husova 2624<br>580 01 Havlíčkův Brod                                                                                    |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele:          | Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel                                                                                     |
| Profil zadavatele:                             | <a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html</a> |
| Kontaktní osoba zadavatele:                    | Monika Chladová<br>e-mail: <a href="mailto:monika.chladova@onhb.cz">monika.chladova@onhb.cz</a><br>tel: 569 472 167     |

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 10. 7. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pro shora uvedenou část této veřejné zakázky a v souladu se zákonem a Zadávací dokumentací uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

**Veřejná zakázka – „Nemocnice Havlíčkův Brod – přístrojové vybavení č. V – část 10 Myčka endoskopů“ - žádost o vysvětlení zadávací dokumentace**

Vážený zadavateli,

v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

**Dotaz č. 1**

Zadavatel ve Specifikaci předmětu plnění pro část 10 – Myčka endoskopů uvádí toto bodované subkritérium: „Možnost připojení nabídnutých mycích dezinfektorů a stávajících mycích dezinfektorů (OLYMPUS Mini ETD Plus a Mini ETD2 Plus) k jednotnému centrálnímu dokumentačnímu SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat“.

- a) Žádáme o podrobnější vysvětlení, co má zadavatel na mysli pojmem „jednotný centrální dokumentační SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat“. Jedná se o konkrétní systém, který už zadavatel má a případně i provozuje, nebo se jedná o systém, který zadavatel teprve hodlá v budoucnosti pořídit?
- b) V případě, že zadavatel již zmiňovaný SW provozuje, žádáme o upřesnění jeho názvu, výrobce, případně dalších podrobností – konfigurace, verze, atd.
- c) V případě, že zadavatel teprve hodlá zmiňovaný SW teprve v budoucnu pořídit, nerozumíme požadavku, kdy v rámci dodávky nového dezinfektoru má uchazeč nabízet možnost připojení stávajících dezinfektorů k systému, který není vůbec předmětem této veřejné zakázky. V rámci nabídky není možné se k takovému požadavku vyjádřit a není ani zřejmé, jak bude pak zadavatel míru splnění daného kritéria hodnotit. Prosíme o vysvětlení.

---

**Odpověď č. 1:**

*Jedná se o SW, ke kterému jsou připojené mycí dezinfektory a který poté sbírá data z těchto přístrojů, eviduje cykly atd. Zadavatel nyní nemá a neprovozuje jednotný centrální dokumentační SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat.*

**Odpověď č. 2:**

*Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat, nemůže sdělit jeho název ani výrobce. Pokud by zadavatel tento SW měl, údaje by uvedl.*

**Odpověď č. 3:**

*Zadavatel na pracovišti dnes provozuje několik mycích dezinfektorů a smyslem tohoto hodnotícího parametru je bodově ohodnotit takové řešení, které umožní připojení jak nových dezinfektorů, tak i stávajících dezinfektorů k jednomu totožnému SW a to tak, aby uživatel měl větší komfort při obsluze jednoho programu, který bude připojen na všechny myčky najednou.*

*Pokud účastník bude mít řešení dezinfektorů s jiným SW nežli takovým, který může být využit i pro stávající dezinfektory, samozřejmě je to možné (a v budoucnu při potřebě, bude zadavatel tento SW využívat), ale body za takové řešení nebudou přiděleny.*

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

S ohledem na termín odeslání tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** pro shora uvedenou část této veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta skončí dne **15. 8. 2023 v 10.10 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_194.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html).

V Havlíčkově Brodě

.....  
**Mgr. David Rezničenko, MHA**

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

*podepsáno elektronicky*