

## Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
<b>Název:</b>	Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V
<b>Část veřejné zakázky:</b>	část 3 - Flexibilní rektoskopický videosystém
<b>Evidenční číslo ve Věstníku VZ:</b>	Z2023-027556
<b>Identifikátor části zakázky (systémové číslo):</b>	P23V00000475
<b>Datum zahájení zadávacího řízení:</b>	29. 6. 2023
Zadavatel	
<b>Název:</b>	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
<b>IČO:</b>	00179540
<b>Adresa sídla:</b>	Husova 2624 580 01 Havlíčkův Brod
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele:</b>	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html</a>
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	Monika Chladová e-mail: monika.chladova@onhb.cz tel: 569 472 167

**Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace** jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 19. 7. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení / změnu zadávací dokumentace pro shora uvedenou část této veřejné zakázky a v souladu se zákonem a Zadávací dokumentací uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

## **Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

**Název veřejné zakázky (VZ):** Nemocnice Havlíčkův Brod – přístrojové vybavení č V.

Část 3 – Flexibilní rektoskopický videosystém

S odvoláním se na Vaši výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod – přístrojové vybavení č V.“ a související zadávací dokumentaci, respektive technickou specifikaci předmětu zakázky žádáme o vyjádření zadavatele k technické specifikaci.

Dotaz č.1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci:

- Průměr pracovního kanálu min. 3.8 mm

Uchazeč disponuje flexibilním videorektoskopem s pracovním kanálem o průměru 3,4 mm, kdy tento průměr je plně dostačující pro rektoskopické výkony  
Bude zadavatel akceptovat pracovní kanál o průměru 3,4mm?

S pozdravem

---

### **Odpověď zadavatele:**

*Zadavatel bude akceptovat pracovní kanál o průměru 3,4 mm.*

### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení / změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** pro shora uvedenou část této veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta skončí dne **29. 8. 2023 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_194.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html).

V Havlíčkově Brodě

.....  
**Mgr. David Rezničenko, MHA**

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

podepsáno elektronicky