



Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 1,

část 1 - Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1ks + 1ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod – modernizace laboratorního vybavení a technologií
Část veřejné zakázky:	Část 1 - Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1ks + 1ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-032675
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	Část 1 – P23V00000559
Datum zahájení zadávacího řízení:	24. 07. 2023
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Chladová, administrátorka veřejných zakázek tel: 569 472 167, e-mail: monika.chladova@onhb.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 27. 7. 2023 níže uvedenou zprávu, na kterou nyní odpovídá:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, v části 1 „Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1 ks + 1 ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu“ je u obou hlubokomrazicích boxů (přílohy 1a a 1b) požadováno „nastavení teploty nejméně v rozsahu od -40 °C“.

Námi nabízené hlubokomrazicí boxy mají rozsah teploty od -50 °C, resp. od -55 °C podle konkrétního typu. Domníváme se, že pro užité vlastnosti dolní hranice nastavení teploty nemá takový význam, neboť uživatelé skladují vzorky v hlubokomrazicích boxech nejčastěji při nastavených teplotách -70 °C až -80 °C, které jsou pro dlouhodobé skladování vzorků i pro provoz mrazáků optimální.

Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout mrazicí boxy, které mají při splnění všech ostatních parametrů uvedených v přílohách 1a a 1b, nastavení teploty v rozsahu od -55 °C?

Děkujeme.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat navržený rozsah nastavení teploty od -55°C.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení - změnu technické specifikace a doplnění informací zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **1. 9. 2023 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.

V Havlíčkově Brodě dne 28. 7. 2023

.....
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
podepsáno elektronicky