



Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 2,

část 1 - Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1ks + 1ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod – modernizace laboratorního vybavení a technologií
Část veřejné zakázky:	Část 1 - Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1ks + 1ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-032675
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	Část 1 – P23V00000559
Datum zahájení zadávacího řízení:	24. 07. 2023
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Chladová, administrátorka veřejných zakázek tel: 569 472 167, e-mail: monika.chladova@onhb.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 1. 8. 2023 níže uvedenou zprávu, na kterou nyní odpovídá:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Zadavatel v příloze Příloha č. 1a_ ZD_Specifikace_část 1_Nízkoenergetický hlubokomrazicí box_nová verze.docx mimo jiné požaduje:

Parametry systému:

ekonomický provoz, maximální standardizovaná spotřeba 7kWh/24h

Máme v úmyslu zadavateli v rámci uvedené veřejné zakázky nabídnout špičkový hlubokomrazicí box renomovaného výrobce, který se v praxi osvědčuje na mnoha laboratorních pracovištích na světě. Je běžně používán ve špičkových velkých fakultních nemocnicích a osvědčuje se i v rutinním provozu menších a spádových nemocnic. Předmětem nabídky bude přístroj, který v mnoha ohledech překonává velmi precizní a podrobné technické požadavky zadavatele, ale v jednom požadovaném parametru se mírně, nevýznamně, liší od požadavků zadavatele.

DOTAZ 1: Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje se standardizovanou spotřebou 12 kWh/24h?

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje se standardizovanou spotřebou maximálně 12 kWh/24h.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení - změnu technické specifikace a doplnění informací zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **8. 9. 2023 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.

V Havlíčkově Brodě dne 2. 8. 2023

.....
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
podepsáno elektronicky