



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Mamograf 2
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-031189
ev. č. VZ u zadavatele:	16/23/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 8.8.2023 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
<p>Zadavatel dodatečně bonifikuje maximální možný úhel tomosyntézy. Tazatel chápe požadavek na možnost prohlížení velkého objemu dat a informací. Kvalita tomosyntézy je definována několika na sobě závislými parametry. Výstupem je snímek prsu rozdělený na řezy, v kterých mamodiagnostik či AI hledá malá ložiska a mikrokalciфикации. Rozumí tazatel s ohledem na klinický výstup tomosyntézy zadání správně tak, že s ohledem na rekonstrukci dat a zobrazené množství hodnotitelných informací, zadavatel bude hodnotit a nahlížet shodně na řešení s rozsahem tomosyntézy 50° (s rekonstruovaným řezem po 1 mm), stejně jako na řešení s rozsahem 25° (s rekonstruovaným řezem po 0,5 mm)? Tedy se jedná o technická řešení, která pro stejného pacienta poskytnou stejný počet hodnotitelných řezů? S ohledem na detekci ložisek a mikrokalciфикаcí, patientský a laborantský komfort, zatížení stroje a dávku pro pacienta nabízíme technicky lepší a novější řešení. Dávka na expozici u pacientů odpovídajících kompresi PMMA 80 mm a více, navíc překračuje u systémů s rozsahem 50° přípustnou hodnotu 3,0mGy. Více než poloviční doba vyšetření tazatelem nabízeného řešení, taktéž umožní vyšetřit více pacientů a je tak z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodnější.</p>
Znění odpovědi:
<p>V ZD v čl. 17.1 je jednoznačně uvedeno, že předmětem hodnocení nabídek v daném podkritériu bude „úhel skenování při tomosyntéze (či rozsah snímkovacího úhlu rentgenové lampy při tomosyntéze)“ s tím, že měrná jednotka je ve stanovaných škálách jasně a odůvodněně stanovena ve stupních (°).</p> <p>Zadavatel doplňuje, že se jedná o standardní technický parametr používaný a uváděný výrobcí předmětu plnění v produktových datech ve stupních (°).</p>

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 9.8.2023

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice