

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Zdravotnické přístroje III
Část veřejné zakázky:	část 1 – Lůžka
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-032984
Identifikátor části zakázky (systémové číslo):	P23V00000645
Datum zahájení zadávacího řízení:	25. 7. 2023
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
IČO:	00511951
Adresa sídla:	Slovanského bratrství 710 393 01 Pelhřimov
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jan Mičák, MBA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zastupující zadavatele v zadávacím řízení Ing. Marek Bena e-mail: bena@pkkv.cz tel.: 604 119 057

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 15. 8. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace pro shora uvedenou část této veřejné zakázky a v souladu se zákonem a čl. 13.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dotaz č. 1 pro část 1 s názvem části Lůžka veřejné zakázky s názvem Zdravotnické přístroje III:

Zadavatel v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace/smlouvy – Specifikace předmětu plnění u předmětů plnění:

A. Nemocniční lůžko pro intenzivní a standardní péči u Pasivní antidekubitní matrace v množství 35 ks,

- B. Nemocniční lůžka pro standardní péči I u Pasivní antidekubitní matrace v množství 20 ks,
- C. Nemocniční lůžka pro standardní péči II u Pasivní antidekubitní matrace v množství 4 ks,
- D. Nemocniční lůžka pro standardní péči III u Pasivní antidekubitní matrace v množství 22 ks,
- E. Nemocniční lůžka pro standardní péči IV u Pasivní antidekubitní matrace v množství 18 ks,

v technických podmínkách požaduje mimo jiné parametr:

„Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m³ a odporem proti stlačení cca 4 kPa (± 10%), na povrchu jádra vrstva min. 7cm studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m³ a odporem proti stlačení cca 3,6 kPa (± 10%), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m³ a odporem proti stlačení cca 4 kPa (± 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka“

Bude zadavatel při splnění všech ostatních požadovaných technických podmínek na parametry matrace – celkové výšky matrace, nosnosti matrace, požadavcích na separační tkaninu, na potah matrace, na hustoty kombinovaných studených pěn a příslušných hodnotách odporů proti stlačení akceptovat:

„Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, kde nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m³ a odporem proti stlačení cca 4 kPa (± 10%) bude vysoká min. 9 cm a na povrchu jádra bude min. 5 cm vysoká vrstva studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m³ a odporem proti stlačení cca 3,6 kPa (± 10%), s vyztuženými boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m³ a odporem proti stlačení cca 4 kPa (± 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka?“

Třída antidekubitní ochrany matrace zůstane stejná.

Odpověď zadavatele:

ad Dotaz č. 1:

Z dotazu dodavatele obsahujícího jeho návrh na změnu zadávací dokumentace vyplývá, že požadovaná třída antidekubitní matrace a její základní fyzikální parametry (hustota jednotlivých vrstev, jejich odpor proti stlačení, hořlavost) mají zůstat beze změny, tj. předmětem dotazu/návrhu je požadovaná výška vrstvy PUR pěny. Zadavatel zvážil povahu navrhované změny a právě s ohledem na dodržení uvedených parametrů s návrhem dodavatele souhlasí. Upravené znění Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** pro shora uvedenou část této veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta skončí dne **30. 8. 2023 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené části veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011417>.

V Pelhřimově dne 16. 8. 2023

.....
Ing. Marek Bena

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
zastupující zadavatele v zadávacím řízení
podepsáno elektronicky