

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Infuzní technika II
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2023-23
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-035495

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Fax:	567 301 212

Zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele na stejném místě, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci, konkrétně příloze č. 3 Technická specifikace dodávky, požaduje zadavatel u lineárního dávkovače „Rychlost dávkování min. rozsahu 0,1-999 ml/hod, přesnost dávkování $\pm 2\%$ “. Má zadavatel tímto požadavkem na mysli přesnost dávkování samotného přístroje? Bude zadavatel akceptovat i lineární dávkovač dodavatele s přesností průtoku $\pm 1\%$ u mechanismu přístroje a $\pm 3\%$ pro celkovou přesnost se stříkačkami?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat lineární dávkovač s nabízenou přesností dávkování.

Dotaz č. 2:

Dále v ZD požaduje zadavatel u dílčího hodnotícího kritéria „Automatické načtení knihovny léčiv daného lůžka při vložení přístroje do dokovací stanice“. Uchazeč tento požadavek chápe tak, že k automatickému přizpůsobení knihovny léků dávkovače dochází vždy, když je přístroj vložen do dokovací stanice např. na jiném oddělení, kde se používá odlišná knihovna léčiv, a tedy toto automatické přizpůsobení knihovny léků není závislé pouze na interní paměti samotného přístroje. Může zadavatel potvrdit, že uchazeč chápe toto hodnotící kritérium takto správně?

Odpověď zadavatele:

Ano, uchazeč chápe toto hodnotící kritérium správně.

Vzhledem k povaze otázek, odpovědí, informací a změn **se lhůta pro podávání nabídek nemění.**

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace