

## DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:

Laboratorní vybavení

Část 5 – Centrifugy a cytocentrifugy

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zadavatele:

O-2023-20

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2023-036464

---

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Statutární zástupce:

MUDr. Lukáš Velev, MHA

Sídlo:

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ/DIČ:

0090638/CZ00090638

E-mail:

[sekretariat@nemji.cz](mailto:sekretariat@nemji.cz)

Web:

[www.nemji.cz](http://www.nemji.cz)

Tel:

567 157 111

Fax:

567 301 212

---

Zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mění zadávací dokumentaci. Provedl změnu textu u několika z požadavků v Příloze č. 3 - Technická specifikace dodávky část 5, a to s použitím funkce sledování změn.

Byl přidán parametr č. 17 a 18 a zní následovně:

<u>Rotory</u>	
<u>17</u>	<u>Výkyvný rotor s maximální kapacitou alespoň 4 x 200 ml, s nosiči adaptérů, maximální dosažitelné RCF alespoň 5500 x g</u>
<u>18</u>	<u>Alespoň 4 ks adaptérů o kapacitě alespoň 8 ks zkumavek s kulatým dnem, průměr 13 mm a délka 75 až 115 mm (celková kapacita rotoru nejméně 36 zkumavek)</u>

Tímto se změnilo číslování parametrů, to je opraveno s použitím funkce sledování změn.

Původní parametr č. 17 (nově č. 19) nyní zní následovně:

<del>17</del> <u>19</u>	Univerzální <del>chlazená</del> <u>ventilovaná</u> centrifuga
-------------------------	---

Původní parametr č. 32 (nově č. 34) nyní zní následovně:

<del>32</del> <u>34</u>	Výkyvný rotor s maximální kapacitou alespoň 4 x <del>200</del> <u>140</u> ml, s nosiči adaptérů, maximální dosažitelné RCF alespoň <del>5500</del> <u>3200</u> x g
-------------------------	--

Původní parametr č. 76 (nově č. 78) nyní zní následovně:

<del>76</del> <u>78</u>	Úhlový rotor s maximální kapacitou alespoň <del>60</del> <u>6</u> x 50 ml (kónické zkumavky, zkumavky s kulatým dnem), dosažitelné RCF alespoň 12000 x g
-------------------------	--

Aktuální verzi Přílohy č. 3 zadavatel uveřejňuje na svém profilu na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze otázek, odpovědí, informací a změn **se lhůta pro podávání nabídek prodlužuje do 25. 9. 2023 8:00 h.**

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....  
MUDr. Lukáš Velev, MHA  
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace