

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Infuzní technika
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2023-18
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-033129

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	MUDr. Lukáš Veleš, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Fax:	567 301 212

Zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele na stejném místě, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Zadavatel v technických požadavcích na dokovací stanice pro infuzní techniku vyšší řady požaduje jejich provedení jako otevřené, bez bočních částí. Máme k dispozici řešení systému infuzní techniky, které je prověřené dlouhodobým používáním na odděleních s nejintenzivnějším provozem a toto řešení nevykazuje problémy při manipulaci s přístroji či jejich ošetřování a dezinfekci. Uzavřené řešení dokovací stanice navíc zajišťuje lepší mechanickou ochranu umístěných přístrojů.

Zvážil by zadavatel uvolnění uvedeného požadavku i na uzavřené dokovací stanice?

Dotaz č. 1 – odpověď:

„DS otevřená, bez pevných obou bočních částí DS“ je parametr DS, který usnadňuje a urychluje její dekontaminaci a čištění. Navíc komplikované tvary snižují celkovou efektivitu čištění. Z tohoto důvodu **zadavatel na parametru trvá.**

Dotaz č.2:

V technických požadavcích na provedení infuzní pumpy i lineárního dávkovače vyšší řady je definován požadavek na velikost displeje 4“. Nabízíme infuzní techniku, která splňuje požadavky pro provoz na plánovaném typu oddělení s velikostí displeje 2,9“, kdy na lze na tomto displeji pohodlně zobrazit všechny potřebné informace o probíhající infuzi či nastavování přístroje a přehlednost tohoto displeje a zobrazovaných informací je prověřena na mnoha pracovištích po celém světě i ČR.

Bude zadavatel akceptovat nabídku infuzní techniky s displejem uvedené velikosti?

Dotaz č. 2 – odpověď:

Vzhledem k požadavkům zdravotnického personálu oddělení, který klade velký důraz na dobrou čitelnost displeje **zadavatel trvá na velikosti displeje s minimální velikostí 4“.**

Dotaz č.3:

Jako jeden z hodnocených parametrů technické úrovně zadavatel uvádí inteligentní předání infuze. Dle našich rozsáhlých zkušeností s provozem infuzní techniky je tato varianta předávání dávkování spíše rizikovější a pro personál více matoucí než běžně používané řešení při nutném zachování stejné koncentrace léčiva v obou dávkovačích, kdy tento bezpečnostní požadavek zajišťuje, že personál bude mít vždy jasnou představu o rychlosti dávkování dávkovače, který podávání léku přebírá. Proto máme za to, že by tato funkce neměla být uvažována jako hodnocený parametr.

Zvážil by zadavatel odstranění tohoto parametru, případně jeho nahrazení parametrem, jehož přínos

je více jednoznačný?

Dotaz č. 3 – odpověď:

Zadavatel si ověřil, že předání infuze je funkce v ČR i ve světě běžně používaná a prověřená. Na základě PTK zadavatel vidí možnost inteligentního předání infuze i při rozdílné koncentraci léčiva jako přínosnou a nevidí ji vzhledem k přesnému uvedení času konce infuze jako matoucí. Naopak rozšiřuje možnosti péče o pacienta v situacích, kdy se mění koncentrace léčiva v průběhu jeho dlouhé léčby. Zadavatel nechce rezignovat na jakoukoli technicko – kvalitativní úroveň zdravotnického prostředku a proto, aby zachoval maximální možnou otevřenost technické specifikace, neuvádí parametr jako absolutní a ponechává ho jako parametr hodnocený. **Zadavatel na parametru trvá.**

Dotaz č.4:

Pro infuzní techniku nižší řady zadavatel požaduje možnost doplnění o dávkovačů s funkcí PCA a TIVA. S ohledem na charakter oddělení, pro která je infuzní technika nižší řady určená (např. pediatrie), není využití těchto specifických režimů pravděpodobné a požadavek na jejich možné doplnění se nám jeví jako diskriminační a bezpředmětně omezující množství potenciálních nabídek infuzní techniky.

Zvážil by zadavatel vyjmutí těchto požadavků z technické specifikace pro dokovací stanice, infuzní pumpy a lineárních dávkovačů nižší řady?

Dotaz č. 4 – odpověď:

Zadavatel si ověřil, že jsou na českém trhu dodavatelé, kteří mohou splnit požadavky technické specifikace tak, jak ji zadavatel uvádí a vzhledem k požadavkům lékařského personálu a využití obou typů přístrojů **zadavatel na parametru trvá.**

Dotaz č.5:

Zadavatel v technických požadavcích na infuzní pumpy nižší řady požaduje možnost výpočtu dávky v několika specifických měrných jednotkách. Vzhledem k tomu, že je tento požadavek uveden pouze o infuzní pumpy, kde používané roztoky nevyžadují takto specifické jednotky, jedná se o požadavek, který může být diskriminační.

Bude zadavatel akceptovat nabídku infuzních pro kategorii nižší řady, které budou pracovat v režimu výpočtu dávky s hmotnostními jednotkami (ng, mcg, mg, g), které jsou používané infuze dostatečné?

Dotaz č. 5 – odpověď:

Zadavatel zhodnotil dlouhodobou praxi a zkušenosti zdravotnického personálu a vzhledem k plánovanému využití infuzní techniky **zadavatel na parametru trvá.**

Dotaz č.6:

V technický požadavcích na infuzní pumpy nižší řady zadavatel požaduje možnost použití sekvenčního režimu dávkování. S ohledem na charakter oddělení, na kterých mají být tyto infuzní pumpy umístěny, je tento požadavek neopodstatněný a jeví se nám jako diskriminační, jelikož takto specifický režim podávání infuzí není pro pacienty těchto oddělení relevantní.

Bude zadavatel akceptovat nabídku infuzních pump, které splňují všechny požadované režimy dávkování, mimo sekvenčního režimu?

Dotaz č. 6 – odpověď:

Zadavatel si ověřil, že jsou na českém trhu dodavatelé, kteří mohou splnit požadavky technické specifikace tak, jak ji zadavatel uvádí. Vzhledem k požadavkům lékařského personálu a využití této funkce u pumpy **zadavatel na parametru** trvá a otevřená soutěž není znemožněna, jak je v dotazu uvedeno.

Dotaz č.7:

Zadavatel pro lineární dávkovače a infuzní pumpy nižší řady požaduje možnost použití těchto přístrojů v prostředí MRI. Jelikož charakter pacientů umístěných na odděleních, pro která je tato infuzní technika určena, nevyžadují nepřerušovanou infuzi při vyšetření pomocí MRI, jedná se o požadavek, který neopodstatněně omezuje možnost podání nabídky řadě možných dodavatelů. Požadavek na možnost použití infuzní techniky v prostředí MRI by byl opodstatněný u infuzní techniky vyšší řady, která bude používána u pacientů, kteří nepřerušovanou infuzi vyžadují.

Bude vzhledem k těmto skutečnostem zadavatel akceptovat nabídku infuzní techniky nižší řady, která tuto možnost nenabízí?

Dotaz č. 7 – odpověď:

Na základě požadavků zdravotnického personálu, jejich dlouhodobé praxe a zkušenosti a vzhledem k plánovanému využití infuzní techniky **zadavatel na parametru trvá.**

Vzhledem k povaze otázek, odpovědí, informací a změn **se lhůta pro podávání nabídek nemění.**

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....

MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace