

Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 3,

část 1 - Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1ks + 1ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod – modernizace laboratorního vybavení a technologií
Část veřejné zakázky:	Část 1 - Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1ks + 1ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-032675
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	Část 1 – P23V00000559
Datum zahájení zadávacího řízení:	24. 07. 2023
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Chladová, administrátorka veřejných zakázek tel: 569 472 167, e-mail: monika.chladova@onhb.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 25. 8. 2023 níže uvedenou zprávu, na kterou nyní odpovídá:

Dobrý den,
prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 - Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1ks + 1ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu v následujících bodech:

V části 1 „Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1 ks + 1 ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu“ je v příloze 1b požadován objem min. 80 litrů a současně kapacita min. 40 ks standardních 2" krabiček. Využitelnost prostoru definuje dobře počet krabiček, objem nemusí dobře o prostoru vypovídat.

Dotaz: Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout mrazicí box, který má, při splnění všech ostatních parametrů, uvedených v příloze 1b, vnitřní objem větší než 70 l? Kapacita standardních 2" krabiček alespoň 40 bude zachována.

Odpověď: Zadavatel akceptuje vnitřní objem mrazicího boxu větší než 70l při zachování všech ostatních požadavků a parametrů.

V části 1 „Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1 ks + 1 ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu“ je v příloze 1a požadováno „nastavení teploty nejméně v rozsahu -55 °C až -90°C“. Typický rozsah nastavení regulace u této kategorie boxů je do -86 °C, neboť uživatelé vesměs skladují vzorky v hlubokomrazicích boxech nejčastěji při nastavených teplotách -70 °C až -80 °C, které jsou pro dlouhodobé skladování vzorků i pro provoz mrazáků optimální.

Dotaz: Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout mrazicí box, který má, při splnění všech ostatních parametrů uvedených v příloze 1a, nastavení teploty v rozsahu do -86 °C?

Odpověď: Zadavatel akceptuje nastavení teploty hlubokomrazicího boxu nejméně v rozsahu -55 °C až -86°C při zachování ostatních požadavků a parametrů

V části 1 „Nízkoenergetický hlubokomrazicí box, 1 ks + 1 ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazicího boxu“ je v příloze 1a požadováno „vnější rozměry v x š x hl max. 190 x 80 x 90 cm“. Námi nabízené hlubokomrazicí boxy mají celkovou výšku do 199 cm a celkovou hloubku do 95 cm včetně přesahu madla a displeje a splňují zároveň možnost stěhování standardními dveřmi o šířce 80 cm.

Dotaz: Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout mrazicí box, který má, při splnění všech ostatních parametrů uvedených v příloze 1a, výšku do 199 cm a hloubku do 95 cm?

Předem děkujeme za vaše odpovědi.

Odpověď: Zadavatel akceptuje max. vnější rozměry (v x š x hl) 199 x 80 x 95cm včetně přesahů při zachování ostatních požadavků a parametrů.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení - změnu technické specifikace a doplnění informací zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **3. 10. 2023 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.

V Havlíčkově Brodě dne

.....
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
podepsáno elektronicky