



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3,

část 10 - Myčka endoskopů

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V
Část veřejné zakázky:	část 10 - Myčka endoskopů
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-027556
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P23V00000482
Datum zahájení zadávacího řízení:	29. 6. 2023
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Chladová, administrátorka veřejných zakázek tel: 569 472 167, e-mail: monika.chladova@onhb.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 29. 8. 2023 níže uvedenou zprávu, na kterou nyní odpovídá:

Veřejná zakázka – „Nemocnice Havlíčkův Brod – přístrojové vybavení č. V – část 10 Myčka endoskopů“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Vážený zadavateli, v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz:

Zadavatel ve Specifikaci předmětu plnění pro část 10 - Myčka endoskopů v bodovaném subkritériu uvádí:

“Možnost připojení stávajících mycích dezinfektorů (OLYMPUS Mini ETD Plus a Mini ETD2 Plus) k nabízenému centrálnímu dokumentačnímu SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat“.

Toto subkritérium je ohodnoceno 20 body.

Žádáme o vysvětlení, zda pro získání 20 bodů je postačující pouze kompatibilita nabízeného SW s možností budoucího dokoupení připojení stávajících mycích dezinfektorů, nebo zadavatel již nyní v nabídce požaduje veškerý SW a HW pro možnost okamžitého připojení při dodávce?

Odpověď:

Ano, je postačující prokazatelná možnost připojení stávajících mycích dezinfektorů k nabídnutému SW, jak je uvedeno v Příloze č. 1 ZD. Zadavatel v této chvíli nepožaduje samotné připojení stávajících mycích dezinfektorů k nabízenému SW, tento požadavek rovněž není uveden v ZD ani v jeho příloze č. 1.

Toto vysvětlení / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.

V Havlíčkově Brodě dne

.....
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
podepsáno elektronicky