

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, které mají právní osobnost a jsou svéprávné, a to:

kupujícím:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

sídlo: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupená: Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel

IČO: 00179540

DIČ: CZ 00179540

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 17938521/0100

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 876 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále jen „**objednatel**“ či „**smluvní strana**“ či „**Nemocnice Havlíčkův Brod**“)

a

prodávajícím:

RADIX CZ s.r.o

sídlo: Čáslavská 231. 284 01 Kutná Hora

zast.: Ing. Robert Ludvík, **jednatel**

IČO: 26774321

DIČ: CZ26774321, ne/plátce DPH

bank. spojení: ČSOB Factoring a.s.Klikněte sem a zadejte text., č. ú. 400597723

ČSOB a.s., č. ú. 277647691

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou **C 92823** vedenou u **Městského** soudu v **Praze**, případně v jiném rejstříku: Klikněte sem a zadejte text.

(dále jen „**dodavatel**“ či „**smluvní strana**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

v zadávacím řízení **nadlimitní veřejné zakázky** s názvem „**Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. IV – Defibrilátory**“, systémové číslo P23V00000158, evid. č. veřejné zakázky objednatele VZ/2/2023 (dále jen „**zadávací řízení**“ a „**veřejná zakázka**“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka dodavatele (dále jen „**nabídka**“), za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dodavatel jako prodávající se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí odevzdá objednateli jako kupujícímu věc/věci, která/é je/jsou předmětem koupě, a umožní mu nabytí vlastnické právo k ní/nim, a to:

- nových 7 ks bifázických defibrilátorů, příslušenství dle přílohy č. 1 této smlouvy, vč. veškerých s předmětem smlouvy souvisejících činností (dále i jen „**činnosti**“), součástí a příslušenství, tak, aby tyto byly plně funkční a mohly být plně využívány ke svému účelu,

Je-li relevantní, poskytne dodavatel objednateli i veškeré licence k software, které jsou nezbytné pro řádné fungování přístrojů, případně počítačů/notebooků, jež musí být vybaveny software (dále jen „SW“), též dle přílohy č. 1 smlouvy.

Smluvní strany dohodly, že pro označení celého předmětu této smlouvy bude používáno souhrnného označení „**přístroje**“, „**věci**“, „**dodávka**“ nebo „**předmět smlouvy**“, pokud nebude z kontextu smlouvy zjevné, že je nutno použít ten který předmět plnění smlouvy (tj. zejména dodávka přístroje, případně ovládacího / kontrolního PC či notebooku, příslušenství a dalších věcí či licencí). Rozsah předmětu smlouvy a podmínky plnění jsou sjednány níže.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost při instalaci přístrojů, přístroje převzít a zaplatit dodavateli za ně sjednanou cenu.
3. Předpokládá se, že předmět této smlouvy bude financován ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“), a to
 - a. 5 ks defibrilátorů v rámci výzvy č. 98 (REACT EU), v rámci projektu "Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod", registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016319,
 - b. 2 ks defibrilátorů v rámci výzvy č. 100 (REACT EU), v rámci projektu "Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Havlíčkův Brod", registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0017225.

Dodavatel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci IROP.

II. ROZSAH DODÁVKY

1. Rozsah dodávky, její bližší specifikace a parametry jsou podrobně určeny touto smlouvou a dále:
 - zadávací dokumentací veřejné zakázky,
 - nabídkou dodavatele,to vše dostupné elektronicky na profilu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky na internetové adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html, na které smluvní strany shodně odkazují.

Součástí předmětu této smlouvy je rovněž doprava přístrojů na místo plnění, jejich montáž, instalace, komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy a uvedení přístrojů do provozu, případně další činnosti, jak specifikováno dále v této smlouvě.

2. Součástí dodávky je rovněž:
 - dodávka, doprava, montáž, instalace a zprovoznění dodávaných přístrojů a jeho příslušenství,
 - provedení přijímacích zkoušek každého nového přístroje, a to v zákonném či předepsaném rozsahu, provedení prvotní zkoušky, výchozí elektrické revize přístrojů v rozsahu dle platných norem a vyhlášek,
 - provedení individuálního a komplexního vyzkoušení přístrojů v rozsahu nezbytném pro jejich řádné fungování,
 - zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro zahájení klinického provozu a předání uživatelské dokumentace v českém jazyce v tištěném vyhotovení a v datovém vyhotovení na vhodném datovém nosiči,
 - dodání oprávnění školitele (od výrobce/dodavatele) k provádění instruktáže, je-li stanoveno výrobcem,
 - poskytování bezplatného záručního servisu po dobu 24 měsíců včetně provádění bezpečnostně technických kontrol a pravidelné údržby dle doporučení výrobce a dle zákona č. 375/2022 Sb.,

o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, dále jen „**zákon o zdravotnických prostředcích**“, elektrických revizí v předepsaných termínech.

3. Specifikace předmětu plnění, resp. technické podmínky formulované jako požadavky objednatele na vlastnosti přístroje jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Nově instalované přístroje musí vyhovovat stávajícím platným požadavkům a normám pro instalaci.
5. Realizace předmětu této smlouvy musí být plně v souladu s platnými právními předpisy, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané, minimálně však standardní kvalitě.
6. Pro všechny dodávaný SW musí být licence správně uvedena na faktuře pro prokázání správného nabytí licence.

III. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem pro předání přístrojů dle této smlouvy jsou prostory v sídle kupujícího Nemocnice Havlíčkův Brod, a to 5 kusů na Interní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod (H - vnitřní lékařství) a 2 kusy na Oddělení infekční. Dle podmínek projektů REACT- EU jde o kód lékařských oborů H – vnitřní lékařství (interna) s platností pro urgentní příjem typu 2.

IV. LHŮTA PLNĚNÍ

1. Dodavatel předá přístroje ve smyslu čl. VII. této smlouvy nejpozději do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly **na celkové ceně za přístroje** dle přílohy č. 1 této smlouvy vč. všech součástí, licencí, činností a příslušenství dle přílohy č. 1 této smlouvy, tj. mj. též vč. montáže, zkoušek, zaškolení a záručního servisu, ve výši: **1 907 123,00 Kč bez DPH** (slovy: **jedenmiliondevětsedmtisícstodvacettřikoruny**).

Kompletní výčet cen dodávky obsahuje i příloha č. 3 této smlouvy, kterou vyhotoví a připojí k této smlouvě dodavatel.

Objednatel je dále povinen dodavateli uhradit daň z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) ve výši **400 495,83**, a to v zákonné sazbě. DPH bude účtováno v souladu s platnou legislativou.

Celková cena činí **2 307 618,83 Kč** včetně DPH.

2. Celková cena za přístroje dle odst. 1. tohoto článku smlouvy se sjednává jako úplná a konečná. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedená částka zahrnuje celý rozsah předmětu smlouvy, jak je vymezen touto smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky, nabídkou dodavatele a souvisejícími normami a předpisy. Celková cena tedy zahrnuje mj. i náklady na skladování a přepravu předmětu smlouvy, cestovní náklady, pojištění při plnění předmětu smlouvy, uvedení všech komponent dodávky do provozu, poskytnutí licencí k dodávanému software, proškolení personálu objednatele, jakož i veškeré další činnosti a náklady, které dodavateli s plněním předmětu smlouvy dle zadávací dokumentace veřejné zakázky vzniknou. Dodavatel prohlašuje, že rozsah prací a činností je mu jasný a jsou v něm zohledněny veškeré provozní a technologické potřeby dodávaných přístrojů.

3. Cena předmětu smlouvy obsahuje vývoj cen v oboru a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.
 4. Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou smluvní strany uzavírat písemný dodatek ke smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována a fakturována podle předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).
 6. Objednatel uhradí cenu předmětu smlouvy na základě řádně vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury. Fakturu vystaví dodavatel v den řádného předání přístrojů bez vad. Fakturu může dodavatel zaslat objednateli i elektronicky, a to na e-mailovou adresu: financniuctarna@onhb.cz. Daňový doklad bude obsahovat název a reg. číslo projektů:
 - a) Pro 5 ks defibrilátorů (viz příloha č. 1)
Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod,
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016319.
 - b) 2 ks defibrilátorů (viz příloha č. 1)
Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Havlíčkův Brod,
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0017225
 7. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji dodavateli bez zbytečného odkladu vrátit s uvedením zjištěných nedostatků. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.
 8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části celkové smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.
 9. Dodavatel čestně prohlašuje, že u něj nenastal ani jeden z případů uvedených v ust. § 109 zákona o DPH, že není nespolehlivým plátcem DPH a minimálně po dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje:
 - a) nejednat tak, že daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu, který vystaví v souvislosti s touto smlouvou a na jejím základě (dále též jen „**daň**“), úmyslně nezaplatí,
 - b) nedostat se kdykoliv v budoucnu úmyslně do postavení, kdy by nemohl daň zaplatit,
 - c) nevyvinout takové jednání, jímž by došlo ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
- Dodavatel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění není bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchýlná od obvyklé ceny ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodavatel se dále zavazuje, že pokud by u něj přesto některá z výše uvedených situací nastala, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli. Dodavatel je plně srozuměn a souhlasí s tím, že bude povinen objednateli nahradit částku vynaloženou objednatelem jako ručitelem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 zákona o DPH za dodavatele v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Tato povinnost dodavatele platí i pro případ, kdy by se v budoucnu ukázalo, že úplata za zdanitelné plnění byla bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchýlná od obvyklé ceny a za předpokladu, že objednatel správci daně doměřenou DPH z takového plnění uhradil.

11. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
12. Smluvní strany sjednaly, že veškeré ujednání o DPH platí v této smlouvě pouze pro případ, že dodavatel je plátcem DPH.

VI. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při plnění předmětu smlouvy.
2. Zaměstnanci a další osoby dodavatele podílející se na plnění předmětu smlouvy v místě plnění jsou povinny řídit se instrukcemi objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci těchto osob odpovídá dodavatel, který je rovněž povinen dbát na co nejmenší omezení pracovišť objednatele v okolí místa plnění.
3. Při realizaci předmětu smlouvy je dodavatel povinen dodržovat předpisy ve vztahu k ochraně životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně plnění předmětu smlouvy dle čl. V. této smlouvy.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

1. Podmínkou předání je úspěšné provedení funkčních a provozních zkoušek přístrojů, a to v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy či provozními pravidly přístrojů určenými jejich výrobcem (dále jen „**funkční zkouška**“). Funkční zkouška se provádí na náklad dodavatele. Jejím obsahem je ověření plné funkčnosti přístrojů. Po úspěšném vykonání funkční zkoušky se sepiše protokol o předání a obě smluvní strany jej potvrdí podpisem.
2. Případné nedostatky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání bezpečnému provozu pracoviště a přístrojů, budou specifikovány v protokolu o předání a bude dohodnuta lhůta pro jejich odstranění, která nepřesáhne 1 měsíc.
3. V rámci předání přístrojů dodavatel předá objednateli veškeré podklady a kompletní dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy s ohledem na požadavky a doporučení výrobce a platné předpisy (tj. záruční listy, návody k obsluze v českém jazyce, technické podmínky provozování zařízení, licenční dokumenty, nezbytné revizní zprávy, doklady dle zákona o zdravotnických prostředcích atd.).
4. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na objednatele dnem předání předmětu smlouvy dle odst. 1. tohoto článku smlouvy.

VIII. ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

1. Dodavatel odpovídá za bezvadné plnění v souladu s touto smlouvou a všemi jejími součástmi. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Dodavatel prohlašuje, že jde o nové přístroje, které ve všech svých komponentech, součástech a příslušenství, svou konstrukcí, kvalitou materiálů a provedením naplní účel, pro který je objednatel pořizuje. Dodavatel odpovídá za bezvadný stav předmětu této smlouvy zejména v souladu se smlouvou a všemi jejími přílohami, nabídkou a příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Dodavatel poskytuje záruku na přístroje v záruční době 24 měsíců ode dne řádného předání.
3. Po tuto dobu dodavatel garantuje, že přístroje budou způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti při dodržení veškerých směrnic, norem a obecně závazných právních předpisů, kvality dodaných materiálů a konstrukcí (materiálová záruka).

4. Dodavatel poskytne po dobu záruční doby dále i bezplatný servis pro každý jednotlivý přístroj a bezplatné bezpečnostně technické kontroly.
5. V případě výskytu vady v záruční době je dodavatel povinen provádět servisní zásah v následujících časových relacích:
 - při odstraňování závady vzdáleným přístupem do 12 pracovních hodin od nahlášení,
 - při odstraňování závady na pracovišti objednatele do dvou pracovních dnů, a to do hodiny odpovídající hodině nahlášení,
 - při odstraňování závady na pracovišti objednatele a nutnosti použití náhradních dílů do pěti pracovních dnů od nahlášení, a to do hodiny odpovídající hodině nahlášení.
6. Má-li některý z dodaných přístrojů vadu, má objednatel právo volby nároku z toho vyplývajícího, a to jednoho z následujících nároků nebo jejich přiměřené a vhodné kombinace: (i) dodání náhradní věci, (ii) dodání chybějící části věci, (iii) odstranění právních vad věci, (iv) oprava věci, jestliže je vada opravitelná, (v) přiměřená sleva z ceny věci, (vi) odstoupení smlouvy. Smluvní strany přednostně sjednávají právo objednatele požadovat a povinnost dodavatele poskytovat bezplatné odstranění vady, a to ve lhůtách uvedených výše v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
7. Záruka platí ve stejném rozsahu i na části věci, které byly v rámci záruční doby a reklamací na přístroji vyměněny. Záruční doba v délce 24 měsíců však v tomto případě běží ode dne předání a převzetí opravené části věci.
8. Pokud by dodavatel neodstraňoval závady, tak jak je ujednáno v tomto článku smlouvy, nebo by věc po odstranění vad vykazovala opakovaně (tj. po třetí) vady, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
9. Objednatel je povinen vady oznámit (dále jen „**reklamace**“) u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to elektronicky na e-mailovou adresu servis@radixcz.cz.
10. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
11. Dodavatel má právo rozhodnout, zda provede opravu nebo výměnu části reklamovaného přístroje, kde se vyskytla vada. Vlastnické právo k vyměněným součástem přístroje přechází bezplatně na objednatele okamžikem výměny.
12. Za provádění záručního servisu v rozsahu nezbytném pro plnou funkčnost přístrojů během záruční doby nenáleží dodavateli zvláštní úhrada, resp. jeho cena je zahrnuta již v ceně za předmět smlouvy.
13. Dodavatel garantuje objednateli dostupnost pozáručního autorizovaného servisu po dobu životnosti přístrojů.

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Při prodlení s předáním přístrojů ve smluvené lhůtě plnění podle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.
2. Při prodlení se zaplacením ceny přístrojů je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
3. Při prodlení se zahájením servisního zásahu nebo s odstraněním vady během záruční doby, tj. při nedodržení lhůt stanovených v čl. VIII. odst. 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den, kdy je dodavatel v prodlení s odstraněním vady.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran uplatňovat náhradu škody vzniklé nedodržením smluvních povinností, a to i nad výši sjednané smluvní pokuty.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je dodavatel v prodlení s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části po dobu delší než 30 kalendářních dnů. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, a dále v případě, že dodavatel poruší své povinnosti sjednané v čl. VII. této smlouvy, nebo přístroje nebo jejich části vykazují vadu, pro niž je nelze řádně užívat, a dodavatel takovou vadu neodstranil ani do 20 dnů ode dne písemného uplatnění, případně v dalších případech výslovně ujednaných v této smlouvě či upravených v občanském zákoníku.
2. O odstoupení od smlouvy uvědomí objednatel dodavatele písemně, přičemž uvede důvod odstoupení. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení dodavateli.

XI. Použití poddodavatele

1. V případě, že dodavatel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, jehož prostřednictvím dodavatel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je dodavatel povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
2. Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce smlouvy bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim dodavateli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, dodavatel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít.
3. Dodavatel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.
4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v předloženém seznamu poddodavatelů použitých pro prokázání kvalifikace tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být dodavatelem jednoznačně identifikováni před jejich zapojením do plnění této smlouvy, přičemž takovou identifikaci dodavatel musí prokazatelně předložit objednateli. Bez předložení takové jednoznačné identifikace se takový poddodavatel nesmí podílet na plnění veřejné zakázky. Kupující neodsouhlasí použití poddodavatele, na kterého se vztahují podmínky Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
5. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je se všemi dohodnutými podmínkami plnění. Dodavatel je povinen každého svého poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám.

XII. Vyšší moc

1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí.
2. Působení vyšší moci na straně dodavatele zakládá právo dodavatele požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby plnění o dobu trvání překážky plnění a právo objednatele takovou změnu doby plnění akceptovat. V takovém případě je však dodavatel o působení vyšší moci a

okolnostech bránících mu v plnění smlouvy objednatel informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud dodavatel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou dobu dodržet, je povinen objednatel informovat o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak dodavatel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležeť mohlo.

XIII. OSTATNÍ A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní závazek založený touto smlouvou.
2. Pokud jsou při plnění této smlouvy předány, zpřístupněny či jinak objednateli poskytnuty věci chráněné právy k duševnímu vlastnictví (dále jen „**duševní vlastnictví**“) – vesměs počítačový program – dodavatel odpovídá za to, že objednatel bude oprávněn toto duševní vlastnictví užívat, a to bez časového a územního omezení a minimálně v rozsahu nezbytném pro řádné užívání předmětu této smlouvy k účelu, který je ve smlouvě stanoven a není-li účel stanoven, pak k účelu obvyklému. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají licenční ujednání, kterým poskytuje dodavatel jako poskytovatel objednateli jako nabyvateli bezplatně oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci), tj. územně neomezenou licenci, opravňující objednatel užívat duševní vlastnictví v nejširším možném rozsahu, v jakém lze podle právních předpisů oprávnění k užití udělit. Objednatel je oprávněn k výkonu práva užit počítačový program ke všem způsobům užití dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, této smlouvy i občanského zákoníku. Dodavatel prohlašuje, že mu svědčí taková práva a v takovém rozsahu, která ho opravňují udělit tuto licenci objednateli, a zavazuje se učinit veškeré nezbytné právní kroky k tomu, aby oprávnění poskytnout tuto licenci v tomto rozsahu měl i nadále, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. Objednatel není povinen licenci užít. Pokud by šlo podlicenci, platí pro ni vše, co je ujednáno pro licenci. Dodavatel je povinen zajistit bezplatný upgrade či update, pokud k nim dochází.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenu řádnou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli jak při plnění předmětu smlouvy, tak následně při provozu dodaného zařízení. Limit pro pojistnou částku nečiní méně než 1 000 000 Kč (jeden milión korun českých). Splnění této povinnosti je dodavatel povinen na vyžádání objednatel řádně prokázat.
2. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům řízení a dalším dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatel dodavatel výslovně prohlašuje, že je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodavatel bere na vědomí, že úplný text smlouvy včetně ujednání o ceně a všech příloh bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup, a vyslovuje s tím svůj souhlas. Povinnost uveřejnění splní objednatel. Dnem uveřejnění se smlouva stává účinnou.

5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (tj. zejména Centra pro regionální rozvoj České republiky, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
7. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Smluvní strany zrovnoprávňují formu listinné a elektronické komunikace s výjimkou právních jednání, pokud není výslovně v této smlouvě ujednáno jinak (např. ohledně reklamace vad). Smluvní strany sjednaly, že elektronické zprávy nemusí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem ani zasílané elektronické dokumenty nemusí být autorizovanou konverzí listinných dokumentů. Smluvní strany si budou neprodleně potvrzovat přijetí elektronické komunikace.
9. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.
10. Přílohy smlouvy tvoří:
- příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění,
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení a seznam všech poddodavatelů, které dodavatel hodlá použít při plnění předmětu této smlouvy (je-li relevantní),
 - příloha č. 3 – Výčet cen dodávky.

Za objednatele:

V Havlíčkově Brodě

Za dodavatele:

V Kutné Hoře 29.8.2023

Mgr. David Rezníčenko, MHA
ředitel
Za Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkovou organizaci
podepsáno elektronicky

Ing. Robert Ludvík
jednatel

Klikněte sem a zadejte text.
podepsáno elektronicky

Defibrilátory

Předmětem plnění je dodávka nových 7 ks bifázických defibrilátorů.

Medicínský účel, použití, indikace:

Je požadován bifázický defibrilátor s možností monitorace vitálních funkcí (EKG, SpO2 a NIBP), vhodný i pro transport pacientů, ale i pro statické používání v rámci ARO, nebo JIP. Přístroj musí být kompaktní, dobře přenosný a umožnit minimálně provoz v klinických režimech: monitor, manuální externí defibrilace, synchronizovaná kardioverze a externí stimulace, režim AED.

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

Podmínka plnění	Splnění podmínky dodavatelem ¹	Číslo strany nabídky dodavatele ²
Parametry systému		
Monitor/Defibrilátor ZOLL R Series		
5 ks DEFIBRILÁTORŮ (z toho 3ks včetně SpO2 + NIBP), 2ks vozíků		
Hmotnost max. 7 kg s kabelem a baterií, přitlačnými elektrodami	ANO 6,9 kg	Technický list
Použitelnost pro dospělé, dětské i neonatální pacienty	ANO	Technický list
Automatická kontrola stanovených mezí hodnot pro upozornění, hodnot energie defibrilačního výboje a nastavení neinvazivního měření tlaku (NIBP)	ANO	Návod str. 41
Jednoduché intuitivní ovládání v českém jazyce	ANO	Návod str.33
Ovládací prvky mimo displej přístroje	ANO	Návod str.33
Možnost rychlé změny konfigurací monitorovaných hodnot na displeji	ANO	Návod str.41
Min. stupeň krytí min.: IP54	ANO	Technický list
Velikost úhlopříčky barevného displeje min. 6,5"	ANO	Technický list
Počet zobrazovaných křivek - min. 3	ANO 3 křivky	Technický list
Možnost připojení: Vstupy pro připojení pacienta: 3-svodový, 5-ti EKG kabel, přitlačné elektrody či multifunkční elektrody	ANO	Technický list
Rychlost pohybu křivky min.: 25 mm nebo 50 mm za vteřinu nastavitelné uživatelem	ANO	Technický list
Možnost rychlého výběr svodu: přitlačné elektrody, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6	ANO	Technický list
DEFIBRILÁTOR		
Požadovaná velikost výboje max 200J	ANO 200J max	Technický list
Počet kroků nastavení výboje (včetně hodnot vhodných pro interní defibrilaci a defibrilaci dětí) – min. 20 v postupné kaskádě	ANO 20	Technický list
Zobrazení energie defibrilačního výboje: Zobrazení zvolených hodnot i celkové energie uskutečněných výbojů na monitoru	ANO	Návod kap. 3
Doba nabíjení: Max, 7 vteřin s novou, plně nabitou baterií	ANO Méně jak 6 s.	Technický list

Iniciace nabíjení: Ovládání jak z přední části defibrilátoru či na apikální (apex) přitlačné elektrodě	ANO	Technický list
Přítlačné elektrody: Externí elektrody pro dospělé a děti. Odejmутím plochy elektrody pro dospělé se odkryje povrch elektrod pro použití u dětských pacientů	ANO	Technický list
Režim synchronizace: Synchronizuje defibrilační pulz s vlnou R pacienta. Na monitoru se zobrazí zpráva "SYNC" a objeví se značky v záznamu EKG na monitoru i ukládaného EKG	ANO	Technický list
Režim AED	ANO	Technický list
TRENDY		
U všech parametrů zaznamenávané trendy; všechny zobrazitelné intervaly hodnocení trendu: min. 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut	ANO	Technický list
Doba trvání záznamu: 24 hodin při intervalu jedné minuty	ANO	Technický list
KAPACITA PAMĚTI		
Kombinace 24 hodinového záznamu trendu v jednominutových intervalech, zahrnující stav monitoru, defibrilátoru, stimulátoru a prováděných léčebných postupů	ANO	Technický list
STIMULÁTOR		
Typ: externí transkutánní stimulace	ANO	Technický list
Režimy: On demand a fixní	ANO	Technický list
KPR		
Technologie umožňující zobrazení filtrování artefaktů během KPR	ANO	Návod 7-2
Kontrola správně prováděné KPR v reálném čase, hlídá hloubku komprese a frekvenci	ANO	Návod kap.6
Číselné vyjádření frekvence a hloubky kompresí, indikátor uvolnění komprese a ukazatel perfúzního výkonu (PPI)	ANO	Technický list
Grafické znázornění kvality prováděné KPR v reálném čase	ANO	Technický list
Zobrazení času nečinnosti při KPR: ukazuje uplynulý čas od poslední detekované komprese hrudníku	ANO	Návod kap.6
EKG		
Automatické 3-5ti svodové EKG	ANO 3-5 svod	Technický list
Vstupy pro připojení pacienta: 3-svodový, 5-ti svodový EKG kabel, přitlačné elektrody či multifunkční léčebné elektrody	ANO	Technický list
Zobrazení srdeční frekvence: min. rozsah 0 - 300 tepů za minutu	ANO 0-300	Technický list
Detekce a zobrazení stimulace	ANO	Technický list
TISKÁRNA		
Tepelná tiskárna s vysokým rozlišením	ANO	Technický list
Šíře papíru min. 90 mm	ANO	Technický list
BATERIE		
Dobíjecí lithio-iontová	ANO	Technický list
Přístroj obsahuje pouze jednu baterii dobíjitelnou ze sítě 240V nebo 12V	ANO	Technický list
Doba nabíjení: Do max. 5 hodin s integrovanou nabíječkou	ANO	Technický list
Provozní doba: min. 4 hodiny nepřetržitého monitorování EKG; 100 výbojů o maximální energii (200J)	ANO Více než 4 hodiny	Technický list

min. 3,5 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a stimulace při hodnotách proudu 60 mA a frekvenci 80 výbojů za minutu (ppm)	nepřetržitého monitorování EKG; 100 výbojů o maximální energii (200J); 3,5 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a stimulace při hodnotách proudu 60 mA a frekvenci 80 výbojů za minutu (ppm).	
PŘENOS A SPRÁVA DAT		
Ukládání dat na interní paměť a FlashDisk	ANO	Technický list
Přenos dat pomocí USB, WIFI nebo Bluetooth	ANO	Technický list
VOLITELNÉ FUNKCE		
PULZNÍ OXYMETRIE u 3KS defibrilátorů Požadovaná technologie měření pulzní oxymetrie - Masimo	ANO	Technický list
MĚŘENÍ NIBP u 3KS defibrilátorů Intervaly měření: min. Automatické 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 60-ti minutové a manuální rychlé dostupné NIBP pomocí rychlé volby/tlačítka Start/Stop	ANO Automatické 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 60-ti minutové a manuální rychlé dostupné NIBP pomocí rychlé volby/tlačítka Start/Stop	Návod k NIBP str.20
Ochrana přetlakování manžety	ANO	Technický list
2 ks DEFIBRILÁTORŮ, 2ks vozíků		
Hmotnost max. 7 kg s kabelem a baterií, přitlačnými elektrodami	ANO 6,9 kg	Technický list
Použitelnost pro dospělé, dětské i neonatální pacienty	ANO	Technický list
Automatická kontrola stanovených mezí hodnot pro upozornění, hodnot energie defibrilačního výboje a nastavení neinvazivního měření tlaku (NIBP)	ANO	Návod str. 41
Jednoduché intuitivní ovládání v českém jazyce	ANO	Návod str.33
Ovládací prvky mimo displej přístroje	ANO	Návod str.33
Možnost rychlé změny konfigurací monitorovaných hodnot na displeji	ANO	Návod str.41
Min. stupeň krytí min.: IP54	ANO	Technický list
Velikost úhlopříčky barevného displeje min. 6,5"	ANO	Technický list

Počet zobrazovaných křivek - min. 3	ANO 3 křivky	Technický list
Možnost připojení: Vstupy pro připojení pacienta: 3-svodový, 5-ti EKG kabel, přitlačné elektrody či multifunkční elektrody	ANO	Technický list
Rychlost pohybu křivky: 25 mm nebo 50 mm za vteřinu nastavitelné uživatelem	ANO	Technický list
Možnost rychlého výběr svodu: přitlačné elektrody, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6	ANO	Technický list
DEFIBRILÁTOR		
Požadovaná velikost výboje max 200J	ANO 200J max	Technický list
Počet kroků nastavení výboje (včetně hodnot vhodných pro interní defibrilaci a defibrilaci dětí) – min. 20 v postupné kaskádě	ANO 20	Technický list
Zobrazení energie defibrilačního výboje: Zobrazení zvolených hodnot i celkové energie uskutečněných výbojů na monitoru	ANO	Návod kap. 3
Doba nabíjení: Max, 7 vteřin s novou, plně nabitou baterií	ANO Méně jak 6 s.	Technický list
Iniciace nabíjení: Ovládání jak z přední části defibrilátoru či na apikální (apex) přitlačné elektrodě	ANO	Technický list
Přitlačné elektrody: Externí elektrody pro dospělé a děti. Odejmutím plochy elektrody pro dospělé se odkryje povrch elektrod pro použití u dětských pacientů	ANO	Technický list
Režim synchronizace: Synchronizuje defibrilační pulz s vlnou R pacienta. Na monitoru se zobrazí zpráva "SYNC" a objeví se značky v záznamu EKG na monitoru i ukládaného EKG	ANO	Technický list
Režim AED	ANO	Technický list
TRENDY		
U všech parametrů zaznamenávané trendy; všechny zobrazitelné intervaly hodnocení trendu: min. 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut	ANO	Technický list
Doba trvání záznamu: 24 hodin při intervalu jedné minuty	ANO	Technický list
KAPACITA PAMĚTI		
Kombinace 24 hodinového záznamu trendu v jednodominutových intervalech, zahrnující stav monitoru, defibrilátoru, stimulátoru a prováděných léčebných postupů	ANO	Technický list
STIMULÁTOR		
Typ: externí transkutánní stimulace	ANO	Technický list
Režimy: On demand a fixní	ANO	Technický list
KPR		
Technologie umožňující zobrazení filtrování artefaktů během KPR	ANO	Návod 7-2
Kontrola správně prováděné KPR v reálném čase, hlídá hloubku kompresí a frekvenci	ANO	Návod kap.6
Číselné vyjádření frekvence a hloubky kompresí, indikátor uvolnění komprese a ukazatel perfúzního výkonu (PPI)	ANO	Technický list
Grafické znázornění kvality prováděné KPR v reálném čase	ANO	Technický list
Zobrazení času nečinnosti při KPR: ukazuje uplynulý čas od poslední detekované komprese hrudníku	ANO	Návod kap.6
EKG		
Automatické 3-5ti svodové EKG	ANO 3-5 svod	Technický list

Vstupy pro připojení pacienta: 3-svodový, 5-ti svodový EKG kabel, přitlačné elektrody či multifunkční léčebné elektrody	ANO	Technický list
Zobrazení srdeční frekvence: min. rozsah 0 - 300 tepů za minutu	ANO 0-300	Technický list
Detekce a zobrazení stimulace	ANO	Technický list
TISKÁRNA		
Tepelná tiskárna s vysokým rozlišením	ANO	Technický list
Šíře papíru min. 90 mm	ANO	Technický list
BATERIE		
Dobíjecí lithio-iontová	ANO	Technický list
Přístroj obsahuje pouze jednu baterii dobíjitelnou ze sítě 240V nebo 12V	ANO	Technický list
Doba nabíjení: Do max. 5 hodin s integrovanou nabíječkou	ANO	Technický list
Provozní doba: min. 4 hodiny nepřetržitého monitorování EKG; 100 výbojů o maximální energii (200J) min. 3,5 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a stimulace při hodnotách proudu 60 mA a frekvenci 80 výbojů za minutu (ppm)	Více než 4 hodiny nepřetržitého monitorování EKG; 100 výbojů o maximální energii (200J); 3,5 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a stimulace při hodnotách proudu 60 mA a frekvenci 80 výbojů za minutu (ppm).	Technický list
PŘENOS A SPRÁVA DAT		
Ukládání dat na interní paměť a FlashDisk	ANO	Technický list
Přenos dat pomocí USB, WIFI nebo Bluetooth	ANO	Technický list