



Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Nebulizátory pro intenzivní péči 2018
<i>druh zadávacího řízení:</i>	veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
<i>ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:</i>	Z2018-027778
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	19/18/VZ

- 1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů – 5 ks nebulizátorů pro intenzivní péči** pro využití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.
- 1.2 Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.**
- 1.3 Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
- 1.4 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;
 - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,
 - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
- 1.5 Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.**



1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

	Parametr	Status	Druh technického parametru	Reálná hodnota (vyplní účastník řízení)	kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce)
NEBULIZÁTORY					
1.	5ks tepelný nebulizátor pro intenzivní péči	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	22-23
2.	min. rozsah nastavení teploty aerosolu 28-36 stupňů Celsia	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	22-23
3.	polydisperzní spektrum aerosolu s velikostí částic v min. rozsahu 0,5 až 10 mikrometrů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	22-23
4.	komory na více použití, min. objem 500 ml	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	22-23
5.	směšovací hlavice s min. rozsahem nastavení koncentrace O2 21-100% O2	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	22-23
6.	držák přístroje s uchycením na infuzní stojan včetně flexibilního držáku pro aerosolovou hadici	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	22-23
7.	integrovaný výstup pro mikronebulizaci na průtokoměru nebulizátoru	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	22-23
8.	použití i jako studený nebulizátor	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	22-23

1.7 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:
Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.
- Ostatní požadavky:
Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:
 - a) popisy, případně i fotografie nabízeného zboží,
 - b) produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,
 - c) návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,
 - d) kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,
 - e) registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a
 - f) osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podrobnosti k předložení viz č. 11.1. zadávací dokumentace.



PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V Praze dne

.....
Ing. Jindřich Petřík, MBA,
předseda představenstva