

**Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky
na předmět plnění**

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Elektrická lůžka pro dětský pavilon
<i>druh zadávacího řízení:</i>	podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	23/18/VZ

- 1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů – 22 ks elektrických pečovatelských lůžek včetně příslušenství, matrací a 35 ks patientských stolků pro využití na dětském oddělení zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.**
- 1.2 Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.**
- 1.3 Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyločení z účasti v zadávacím řízení.
- 1.4 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;
 - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,
 - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
- 1.5 Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.**

1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

pol. č.	Parametr	Status	Druh technického parametru	Reálná hodnota (vyplní dodavatel)	kde uvedeno v nabídce (např. str. nab.)
Elektrická pečovatelská lůžka					
1.	Lůžko elektrické - nové, nepoužité – 22ks	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	nabídka
2.	Lůžko v souladu normou ČSN 60601-2-52 v platném znění	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
3.	Kovová konstrukce lůžka stabilní a jednoduše čistitelná	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
4.	Bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO, 250 kg	Katalog lůžka
5.	Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotorů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
6.	Minimální rozsah výškově stavitelné ložné plochy 40 – 75 cm	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO, 39,5 – 76 cm	Katalog lůžka
7.	Čtyřdílná ložná plocha cca 200 x 85 cm	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
8.	Ložná plocha tvořená plastovými odnímatelnými díly pro snadnou údržbu a čištění	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
9.	Ložná plocha polohovatelná pomocí elektromotorů (minimálně zádový a stehenní díl)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
10.	Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování (autoregrese)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
11.	Prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO, 15 cm	Katalog lůžka
12.	CPR mechanické rychlopuštění zádového dílu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
13.	Odnímatelná plastová čela s aretací proti samovolnému vytažení	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka

14.	Integrované dělené (na tři části) sklopné plastové postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
15.	Postranice po celé délce lůžka nebo na 2/3 lůžka plastové s doplněním o další odnímatelnou zábranu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
16.	Pacientský ovladač	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
17.	Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 15 cm	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO, 15 cm	nabídka
18.	Centrální páte kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Nabídka
19.	Lišta pro upevnění univerzálního příslušenství po obou stranách lůžka (držáky atd.)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Nabídka
20.	Hrazdy, navijecí hrazdička, infuzní stojan, polička na lůžkoviny	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Nabídka
21.	Ochranná kolečka v rozích lůžka	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Nabídka
22.	Záloková baterie	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Nabídka
23.	Ochrana elektromotorů proti přetížení	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Nabídka
24.	Výběr barevného provedení/dekoru lůžka při podpisu smlouvy	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog lůžka
<u>Matrace - PASIVNÍ</u>					
25.	Matrace antidekubitní pasivní - nové, nepoužité – 22 ks	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Nabídka
26.	Matrace určená pro použití ve zdravotnictví	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog matrací
27.	Rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO, 200x90 cm, výška 14 cm	Nabídka
28.	Nosnost matrace min. 120 kg	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO, 200 kg	Katalog matrací

29.	Potah - paropropustný, voděodolný, antibakteriální, snadno snímatelný, svařované spoje	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog matrací
30.	Zip po celém obvodu matrace, krytý lemem proti zatečení	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog matrací
<u>Pacientské stolky</u>					
31.	Pacientský stolek - nový nepoužitý – 35 ks	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Nabídka
32.	Oboustranně přístupný pacientský stolek	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog stolků
33.	Korpus kovový, lakovaný	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog stolků
34.	Integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny nebo pístnice	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog stolků
35.	Jídelní deska umožňuje náklon	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog stolků
36.	Jídelní deska opatřená zvýšenými hranami	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog stolků
37.	Malá horní zásuvka s vyjímatelnou plastovou vložkou	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog stolků
38.	Odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog stolků
39.	Držák na ručník	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ANO	Katalog stolků

1.7 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:
Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.
- Ostatní požadavky:
Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:
 - a) popisy, případně i fotografie nabízeného zboží,
 - b) produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,
 - c) návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,
 - d) kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- e) registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a
- f) osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podrobnosti k předložení viz č. 11.1. výzvy

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V Želevčicích dne 22.10.2018

  Petr Smetana
Customer Service manager
.....
**razítko, jméno oprávněné osoby
účastníka zadávacího řízení**