

Protokol

**Zařazení místností pro zdravotnické účely podle příslušných norem,
vypracovaný odbornou komisí**

Dne 4.9.2018

Složení komise:

Předseda ING. J. FRIED -

.....
.....

Člen Petr Matala -

.....
.....

Člen Klícha -

.....
.....

Zdravotnické zařízení

Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Oddělení:

Umístění: 1. PP

Popis Nemocniční lékárna - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava

prostoru: Přestavba odd. přípravy cytostatik

Podklady podklady pro zpracování PD

Rozdělovník:

Rozhodnutí

Orientační označení místosti pro zdravotnické účely a KLASIFIKACE zdravotnického prostoru vč. jeho vybavení zdravotnickým a elektrickým zařízením

Č. místnosti 0.215

Název Místnost pro dokumentaciCL

Skupina 0

Popis

Použité zdravotnické přístroje (plánované)

Elektrické zařízení

Třída	Typ obvodu	El. zařízení
> 15 s	MDO	

Č. místnosti 0.216

Název Místnost pro uchovávání CL

Skupina 0

Popis

Použité zdravotnické přístroje (plánované)

Elektrické zařízení

Třída	Typ obvodu	El. zařízení
> 15 s	MDO	

Č. místnosti 0.217

Název Předsíň před propustmi

Skupina 0

Popis

Použité zdravotnické přístroje (plánované)

Elektrické zařízení

Třída	Typ obvodu	El. zařízení
> 15 s	MDO	

Č. místnosti 0.218

Název Přípravná materiálů

Skupina 0

Popis

Použité zdravotnické přístroje (plánované)

Elektrické zařízení

Třída	Typ obvodu	El. zařízení
> 15 s	MDO	

Č. místnosti 0.219

Název Přípravna CL s izolátory

Skupina 0

Popis

Použité zdravotnické přístroje (plánované)

Elektrické zařízení

Třída	Typ obvodu	El. zařízení
> 15 s	MDO	

Č. místnosti 0.220

Název Personální propust

Skupina 0

Popis

Použité zdravotnické přístroje (plánované)

Elektrické zařízení

Třída	Typ obvodu	El. zařízení
> 15 s	MDO	

Č. místnosti 0.221

Název Úklidová místnost pro ČP

Skupina 0

Popis

Použité zdravotnické přístroje (plánované)

Elektrické zařízení

Třída	Typ obvodu	El. zařízení
> 15 s	MDO	

Č. místnosti 0.222

Název Technický koridor

Skupina 0

Popis

Použité zdravotnické přístroje (plánované)

Elektrické zařízení

Třída	Typ obvodu	El. zařízení
> 15 s	MDO	