



Dodatečné informace

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem
IČO:	00179540
název VZ:	Výměna zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém ozařovači pro Nemocnici Havlíčkův Brod
druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky / otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/9/2014
ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek	490671

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 22. 9. 2014 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vyjádření zadavatele k této žádosti jsou uvedeny níže.

Dotaz
Znění dotazu č. 1: V článku 4.1.2 ZD nazvaném Minimální technické parametry, požadujete nový URZ se stejnými geometrickými rozměry jako má starý zářič ve vyměněné ozařovací hlavici, tj. o průměru aktivní části zářiče 15 -20 mm. Naše společnost může nabídnout pouze nový zdroj o průměru aktivní části zářiče 21 mm. Na základě zkušeností s výměnou zdrojů URZ v hlavicích kobaltových ozařovačích ozařovačů typu Teragam však můžeme garantovat, že námi nabízený zdroj bude danému účelu zcela vyhovovat. Náš dotaz tedy zní, zda je možné podat nabídku na dodávku nového zdroje URZ o průměru aktivní části zářiče 21mm.
Stanovisko zadavatele – odpověď na dotaz Ano, nabídku na dodávku nového zdroje URZ o průměru aktivní části zářiče 21mm je možné podat.
Znění dotazu č. 2: Druhý dotaz směřuje k článku 4. 1. 3. ZD – Ostatní požadavky, kde kromě jiného požadujete demontáž a ekologickou likvidaci starého URZ s vystavením dokladu o převzetí a likvidaci. Naším záměrem je demontovaný URZ nikoliv likvidovat, nýbrž provést jeho repasi a následně jej opětovně použít. Tážeme se tedy, zda je možno podat nabídku, dle které demontovaný URZ nebude likvidován, nýbrž repasován. Doklad o převzetí zdroje samozřejmě vystavíme a zaručujeme splnění všech zákonných požadavků na nakládání se zdroji URZ.
Stanovisko zadavatele – odpověď na dotaz Ano, nabídku, dle které demontovaný URZ nebude likvidován, nýbrž repasován lze podat. Podmínkou je vystavení dokladu o převzetí zdroje a zaručení splnění všech zákonných požadavků na nakládání se zdroji URZ.
Znění dotazu č. 3: Poslední dotaz se týká platebních podmínek zakotvených v článku V. smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí ZD. Dle citovaného ustanovení je kupní cena splatná ve 4 pravidelných



čtvrtletních splátkách odpovídajících jedné čtvrtině ceny díla, přičemž první splátka je splatná po předání díla bez závad a nedostatků a poslední tedy cca 13měsíců po předání díla. Finanční situace naší společnosti nám nedovoluje takto nastavené platební podmínky akceptovat, neboť se fakticky jedná o úvěrování zadavatele veřejné zakázky. **Tážeme se proto, zda je možno ve smlouvě o dílo změnit platební podmínky v tom smyslu, že první část ve výši 50% ceny díla bude uhrazena do jednoho měsíce po podpisu smlouvy, zbytek pak do jednoho měsíce od protokolárního předání předmětu díla.**

Stanovisko zadavatele – odpověď na dotaz

Ano, zadavatel souhlasí se změnou platebních podmínek v tom smyslu, že první část ve výši 50% ceny díla bude uhrazena do jednoho měsíce po podpisu smlouvy, zbytek pak do jednoho měsíce od protokolárního předání předmětu díla.


Uveřejnění dodatečných informací

Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kterým byla kompletní výzva (textová část i ostatní části) poskytnuta způsobem dle článku 13.1.1 výzvy (tzn. na základě registrace) nebo dodavatelům, kteří byli zadavatelem vyzváni k podání nabídky.

Dále budou dodatečné informace uveřejněny stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 24. 9. 2014



.....
Mgr. David Rezničenko
ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod