

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava – Magnetická rezonance

Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zadavatele: O-2019-2

Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-001249

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci " V příloze č.3 "Technické specifikaci požadovaného předmětu plnění" v bodě 11. další vybavení je uveden požadavek na odpovídající RF stínící kabinu. Na prohlídce místa plnění dne 19.3.2019 vyvstala otázka dalšího použití RF kabiny (Faradayovy klece), která je v dobrém stavu a po určité údržbě a rekonstrukci může sloužit dále.

Dotaz č.1: Chápeme správně, že zadavatel, veden péčí dobrého hospodáře, požadavkem v bodě 11 „Odpovídající RF stínící kabina“ připouští využití stávající RF kabiny za podmínek specifikovaných v technické specifikace předmětu plnění“?

Odpověď zadavatele:

Účastník zadávacího řízení se ve svém dotazu vyjadřuje ke stavu stávající RF kabiny, která je instalována na pracovišti magnetické rezonance. Tvzení účastníka o současném stavu kabiny je neprokázané a nepodložené. Otázka budoucího využití stávající RF kabiny není předmětem zadávacího řízení.

Zadavatel postupuje zcela v souladu se zákonem, zejména se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel, jednající s péčí řádného hospodáře, zohledňuje ve svých požadavcích na předmět plnění veškeré souvislosti, spojené s instalací a provozem nového zařízení, stejně jako demontáž stávající MR, životnost a technický stav RF kabiny, včetně příslušenství.

Zadavatel trvá na veškerých požadavcích, daných zadávací dokumentací. Zadavatel nepřipouští využití stávající RF kabiny a požaduje dle bodu 11.1 Technické specifikace předmětu plnění dodání nové odpovídající RF kabiny.

Dotaz č. 2

Na prohlídce místa plnění 19.3.2019 byla vyjádřena vůle zadavatele stávající MR zařízení včetně chlazení odprodat zájemci.

Dotaz č.2: Může zadavatel tuto skutečnost potvrdit včetně informace, že nepožaduje po vítězi výběrového řízení likvidaci stávajícího MR, ani chlazení, ani rozebrání kabiny a vytvoření transportního otvoru pro transport starého stroje ven a nového dovnitř?

Odpověď zadavatele:

Demontáž a případný odprodej stávajícího MR zařízení není předmětem zadávacího řízení a nijak nesouvisí s požadavky technické specifikace předmětu plnění. Účastník není oprávněn požadovat po zadavateli tyto informace a jejich potvrzení.

Zadavatel požaduje po účastníkovi výhradně dodávky a související práce, uvedené v zadávací dokumentaci, především v Příloze č. 3 ZD – Technická specifikace dodávky.

Vzhledem k povaze dotazů a odpovědí se **nemění** zadávací podmínky dané zadávací dokumentací, ani lhůta pro podávání nabídek.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace