

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava – Magnetická rezonance

Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zadavatele: O-2019-2

Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-001249

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položený dotaz. Otázky a odpovědi se v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V příloze č. 3 – Technická specifikace dodávky jejíž součástí je mimo jiné i MR kompatibilní anesteziologický přístroj, je uveden požadovaný parametr Elektronický PEEP v rozsahu až do 30 cm H₂O.

Dle všeobecných zkušeností získaných na základě informací od lékařů z oddělení ARO po celé ČR a instalaci anesteziologických přístrojů v MR prostředí je elektronický PEEP v hodnotě 20 cm H₂O při využití přístroje v MR i případně mimo MR zcela dostačující. PEEP nad hodnotou 20 cm H₂O je pro pacienty nevhodný a v krajních případech i nebezpečný. Vzhledem k vybavení přístroje a prostorám určeným k užívání anesteziologického přístroje je tento parametry plně dostačující ke komfortnímu klinickému provozu jak pro personál nemocnice tak i pro samotného pacienta.

Bude z výše uvedených důvodů zadavatel akceptovat dodávku anesteziologického přístroje s parametrem Elektronický PEEP v rozsahu až do 20 cm H₂O?

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel trvá na svém původním požadavku, daném zadávací dokumentací (elektronický PEEP v rozsahu až do 30 cm H₂O). Nepřipouští změnu parametru anesteziologického přístroje.

Vzhledem k povaze dotazů a odpovědí se **nemění** zadávací podmínky dané zadávací dokumentací, ani lhůta pro podávání nabídek.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace