



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Matrace antidekubitní aktivní |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2018-028952 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČO: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodání nových, dosud nepoužitých matrací antidekubitních aktivních (dále také zdravotnické vybavení) do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruované budovy G.

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě nebyla určena, jelikož zadávací řízení bylo zadavatelem zrušeno.

4. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávacího řízení se zúčastnili níže identifikovaní účastníci zadávacího řízení:

- | | |
|-------------------|---|
| Nabídka č. | 1 |
| Obchodní firma: | LB BOHEMIA, s. r. o. |
| Sídlo: | Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav |
| IČO: | 26224461 |
| Nabídka č. | 2 |
| Obchodní firma: | POLYMED medical CZ, a. s. |
| Sídlo: | Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové |
| IČO: | 27529053 |

Nabídka č. 3
Obchodní firma: **ZMF Medical, s. r. o.**
Sídlo: Meziříčská 2868, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 27786374

5. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

Nabídka č. 2
Obchodní firma: **POLYMED medical CZ, a. s.**
Sídlo: Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
IČO: 27529053

Tento dodavatel byl vyzván k objasnění nabídky postupem podle § 46 ZZVZ a ve stanovené lhůtě své objasnění doručil. Hodnotící komise předložené objasnění posoudila a dospěla k závěru, že objasnění dodavatele neodpovídá na položené otázky, tedy nijak neodůvodňuje, jak byla stanovena nabídková jednotková cena a neodpoví na dotaz, za jakou cenu zboží dodavatel nakupuje od výrobce a jaké další náklady do nabízené jednotkové ceny zahrnuje. Obecné ujištění dodavatele, že dodávka bude dodána v zadavatelem požadované kvalitě a standardech a cenová úroveň neohrožuje řádné a včasné plnění VZ, ale nijak nezdůvodňuje, jaké aspekty umožnily dodavateli nabídnout tak nízkou jednotkovou cenu.

Hodnotící komise dodavatele v žádosti dodavatele upozornila, že využije svého práva na ověření vlastností a technických parametrů na referenčním pracovišti dle nabídky dodavatele a že výsledek tohoto ověření bude zohledněn i při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Dle nabídky (strana č. 31 nabídky) účastník Polymed Medical CZ nabídl Aktivní matrace 9, kompresor (IV), kód: P05715) a jako referenční pracoviště uvedl (strana č. 2 nabídky) Nemocnici České Budějovice a.s. Dodavatel nabídnul zadavateli možnost předvedení vzorku nabízené matrace přímo v sídle zadavatele, což zadavatel přijal. Vybraný dodavatel před samotným doručením vzorku, dne 10. 10. 2018, zaslal k dispozici originální návod v českém jazyce. Dle návodu je však zcela patrné, že vybraný dodavatel, resp. jím nabízené matrace neplní jeden z požadavků na „lepší“ matraci a to:

- automatické nastavení tlaku v celách dle hmotnosti pacienta (detailní popis požadované funkce: systém musí umět stanovit automaticky váhu pacienta, aby dle této hodnoty systém nastavil vhodný tlak v celách)

V návodu je jednoznačně uvedeno „snadné ovládání - tlak nastavitelný knoflíkem (max. hmotnost pacienta 210 kg)“, což nesplňuje požadavek zadavatele na automatické nastavení, včetně automatického zjištění váhy pacienta, aby dle této hodnoty systém nastavil vhodný tlak v celách. Vzhledem k tomu, že ověření parametrů na referenčním pracovišti bylo nadbytečné, neboť nesplnění jednoho z požadovaných parametrů nelze napravit, komise doporučila zadavateli, aby dodavatele vyloučil z další účasti v zadávacím řízení, pro nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel na základě doporučení komise rozhodl o vyloučení tohoto účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídka č. 1
Obchodní firma: **LB BOHEMIA, s. r. o.**
Sídlo: Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav
IČO: 26224461

Zadavatel požadoval v rámci předmětu veřejné zakázky dodávku matrace antidekubitní aktivní (pro III. stupeň) v počtu 23 ks a matrace antidekubitní aktivní (pro IV. stupeň) v počtu 6 ks. V nabídce dodavatele bylo nabízeno v prvním případě 23 ks maticí PRO – CARE 3 v počtu 23 kusů a v druhém případě matrace Care Auto v počtu 6 ks. Pověřená komise

dodavatele požádala postupem dle § 46 ZZVZ o objasnění nabídky, kdy požadovala dodatečné potvrzení výrobce o splnění vymezených technických parametrů a následně v rámci opakované žádosti o objasnění nabídky i předvedení vzorků nabízených antidekubitních matrací.

Na základě všech dostupných podkladů, tedy zadávacích podmínek, nabídky, objasnění nabídky a rovněž na základě provedení kontroly technických vlastností vzorků nabízených matrací komise rozhodla, že nabízené odlišné řešení je v rozporu s požadavky zadavatele. Vzhledem k tomu, že aktivní antidekubitní matrace budou také využívány na oddělení ARO a JIP, kde jsou hospitalizováni pacienti s vážnou oběhovou nestabilitou a opakovaně resuscitováni, zadavatel požadoval v rámci minimálních technických parametrů manuální ovládání aktivní antidekubitní matrace z důvodu rychlé reakce na vývoj aktuálního zdravotního stavu pacienta. Zdravotnický personál určuje a odpovídá za správnost a vhodnost léčby, tedy i polohování každého jednotlivého pacienta. Požadavek na možnost manuálního nastavení polohování na základě individuální vhodnosti je tak zásadní pro splnění základních potřeb zadavatele při poskytování zdravotní péče těmito zdravotnickými prostředky. Aktivní antidekubitní matrace nabízené dodavatelem možnost individuálního manuálního nastavení nenabízí, v důsledku čehož ošetřující personál nemůže dle aktuálních potřeb upravit zadavatelem požadovaný interval polohování pacienta. Nabízené řešení proto komise nemůže přijmout jako řešení obdobné či kvalitativně lepší, neboť postrádá základní možnost manuálního nastavení, kterým lze individuálně nastavit léčbu každému pacientovi, na základě aktuálních rozhodnutí ošetřujícího personálu. Komise proto doporučila zadavateli, aby dodavatele vyloučil z další účasti v zadávacím řízení a zadavatel dodavatele vyloučil.

6. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

Veřejná zakázka byla zrušena z důvodů popsanych v § 127 odstavec 2 písmeno h) ZZVZ.

7. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELE

Veřejná zakázka byla zrušena, nejsou tedy ani žádní poddodavatelé.

8. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Zadavatel v době zahájení zadávacího řízení nedisponoval certifikovaným elektronickým nástrojem pro přijímání elektronických nabídek a z tohoto důvodu bylo použito jiných komunikačních prostředků.

9. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ

V průběhu zadávacího řízení byly ze strany zadavatele zúčastněny pouze osoby, u kterých nebyl zjištěn střet zájmů.

10. ODŮVODNĚNÍ, PROČ NEBYLA ZADÁVANÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ROZDĚLENA NA ČÁSTI

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části ve smyslu § 35 zákona, protože charakter předmětu veřejné zakázky takové rozdělení nevyžadoval.

11. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU

Zadavatel v rámci požadavků na kvalifikaci dodavatele nestanovil požadavek na prokázání obratu.

12. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

V průběhu zadávacího řízení byli dva účastníci zadávacího řízení vyloučeni pro nesplnění zadávacích podmínek (technických parametrů zdravotnických prostředků požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách) a v zadávacím řízení tak zbyl pouze jeden účastník zadávacího řízení. Takový stav je předjímán ustanovením § 127 odstavec 2 písmeno h) ZZVZ jako důvod pro možnost zadavatele, zadávací řízení zrušit., čehož zadavatel využil a zadávací řízení zrušil.