

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava – Magnetická rezonance

Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zadavatele: O-2019-2

Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-001249

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V dokumentu “ VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI” uvádí zadavatel odpověď na otázku č.2 (*Dotaz č. 2 Zadavatel v zadávací dokumentaci, v příloze č. 3 – technická specifikace dodávky, uvádí požadavek na: 5.1. • dedikovaná periferní cévní cívka pro vyšetření dolních končetin, pokrývající nejméně 85 cm v „z” směru, počet nezávislých kanálů ≥ 24 Znění dotazu č. 2 Bude zadavatel akceptovat kombinaci dvou anteriorních cívek pokrývajících minimálně 85 cm v součtu obsahujících 32 kanálů?*):

Ano, zadavatel akceptuje nabízené řešení účastníka, pokud bude dodrženo zadavatelem požadované pokrytí a počet kanálů.

Domníváme se, že uvedená odpověď připouští alternativní použití anteriorních cívek z požadavku 5.1, odstavec 3 pro **buď** pokrytí torza, **nebo** dolních končetin, zatímco původní text předpokládá samostatné plnění pro pokrytí torza (článek 3.) **a** dolních končetin (článek 4.).

Dotaz 1.1

Požaduje či nepožaduje zadavatel současné připojení a použití cívek z požadavku 5.1, článek 3. a 4.?

Dotaz 1.2

Požaduje či nepožaduje zadavatel samostatné plnění pro požadavek 5.1, článek 3. a 4.?

Odpověď zadavatele:

Požadavek č. 5.1 Technické specifikace předmětu plnění je koncipován jako MRI „whole body“ scan – *Sada cívek pro celotělové vyšetření (bez nutnosti změny polohy pacienta či cívek)* – to znamená, že není možné použít jednu cívku zároveň na torzo i na končetiny. Cívky musí pokrývat celé tělo (min. 200 cm) současně a stejně tak musí být současně připojeny.

1.1

Zadavatel požaduje současné připojení a použití cívek pro torzo a končetiny (požadavek 5.1, článek 3., 4.).

1.2

Zadavatel požaduje samostatné plnění pro požadavek 5.1, článek 3., 4. – tzn. samostatnou cívku pro torzo a samostatnou cívku pro končetiny.

Vzhledem k povaze dotazů a odpovědí se **neprodlužuje** lhůta pro podávání nabídek.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace