

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Ultrazvukový přístroj pro urologii
Zadávací řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, s uveřejněním výzvy
Evidenční číslo zakázky:	ZMR-2019-7

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Bude Zadavatel akceptovat přístroj s váhou 75 kg a schopností práce pouze na síť?

Odpověď zadavatele:

Dotaz účastníka se týká dvou parametrů technické specifikace předmětu plnění – požadavek č. 10 a požadavek č. 12.

K požadavku č. 10:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku, nebude tedy akceptovat přístroj s hmotností 75 kg.

K požadavku č. 12:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku, nebude tedy akceptovat přístroj, který disponuje pouze síťovým napájením.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace