

Svazek 1 Příloha č. 1 -Minimální technické parametry

Minimální technické parametry:

- 407106 matrace antidekubitní aktivní (pro III. stupeň)
pro vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až III.stupně
matrace určená pro přímé položení na rošt postele
možnost volby mezi statickým a dynamickým režimem
systém střídání tlaků v komorách (celách)
komory v hlavové části bez alternace
samostatně vyměnitelné komory (cely)

možnost nastavení periody střídání tlaku v celách (min. 3 konkrétní hodnoty mimo statický a dynamický režim)

možnost rychlého vypuštění pro resuscitaci (CPR)
nastavení tlaku v komorách (celách) dle hmotnosti pacienta (min. 5 úrovní)
nosnost minimálně 180 kg
alarm v případě výpadku napájení a poklesu tlaku
potah snadno snímatelný - nejlépe zip s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný
rozměr cca 200 x 85 x 10-20 cm
- 407108 matrace antidekubitní aktivní (pro IV. stupeň)
pro velmi vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.stupně
matrace určená pro přímé položení na rošt postele
možnost volby mezi statickým a dynamickým režimem
systém střídání tlaků v komorách (celách)
samostatně vyměnitelné komory (cely)
komory v hlavové části bez alternace
možnost rychlého vypuštění CPR
automatické nastavení tlaku v celách dle hmotnosti pacienta (detailní popis požadované funkce: systém musí umět stanovit automaticky váhu pacienta, aby dle této hodnoty systém nastavil vhodný tlak v celách)
nosnost minimálně 180 kg
alarm v případě výpadku napájení a poklesu tlaku
potah snadno snímatelný - nejlépe zip s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, nejlépe kontinuálně svařovaný
rozměr cca 200 x 85 x 10-20 cm
