

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

DÍL 1.: PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Název veřejné zakázky:	Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava – Magnetická rezonance
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo u zadavatele:	O-2019-5

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, Komerční banka, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Obsah

1. Identifikační údaje zadavatele	4
2. Zadávací dokumentace	4
2.1. Členění zadávací dokumentace	4
2.2. Obecné informace.....	5
2.3. Vysvětlení zadávací dokumentace	5
3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky	6
3.1. Předmět plnění	6
3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	7
3.3. Klasifikace předmětu plnění	7
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	8
4.1. Doba plnění.....	8
4.2. Místo plnění	8
4.3. Prohlídka místa plnění	8
5. Lhůty zadávacího řízení.....	8
6. Lhůta a místo pro podání nabídek.....	8
6.1. Podání nabídek	8
6.2. Pozdní podání nabídky.....	9
6.3. Lhůta pro podání nabídek.....	9
6.4. Způsob a místo pro podání nabídek	9
6.5. Otevírání nabídek.....	9
7. Obsah a zpracování nabídky	10
7.1. Obsah nabídky	10
7.2. Zpracování nabídky	10
8. Zpracování nabídkové ceny	10
8.1. Nabídková cena.....	10
8.2. Změna ceny	11
9. Hodnocení a posouzení nabídek.....	11
9.1. Hodnocení nabídek	11
9.2. Posouzení nabídek	14
10. Podmínky účasti v zadávacím řízení	14
10.1. Podmínky kvalifikace	14
10.2. Technické podmínky.....	14

10.3.Obchodní podmínky	15
10.4.Platební podmínky.....	15
11. Podmínky uzavření smlouvy	15
12. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.....	16
12.1.Forma komunikace	16
12.2.Komunikace dodavatele se zadavatelem	16
12.3.Komunikace zadavatele s dodavatelem	16
13. Práva zadavatele	16
14. Práva účastníka	17

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce: MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČO: 0090638
DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 18736–681/0100
Telefon: +420 567 157 540
Fax: +420 567 301 212
E-mail: sekretariat@nemji.cz
Web: www.nemji.cz
Datová schránka: 4srk6jw
Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html

Kontaktní osoba pro informace o veřejné zakázce:

Jméno a příjmení: Ing. Kristýna Rosická, MBA
Telefon: +420 776 345 043
E-mail: rosickak@nemji.cz

2. Zadávací dokumentace

2.1. Členění zadávací dokumentace

- Zadávací dokumentace – Díl 1.: Podmínky a požadavky zadávacího řízení
- Zadávací dokumentace – Díl 2.: Kvalifikační dokumentace
- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dodavatele
- Příloha č. 3 – Technická specifikace dodávky
- Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 5 – Návrh servisní smlouvy
- Příloha č. 6 – Potvrzení referenční dodávky
- Příloha č. 7 – Předávací protokol

2.2. Obecné informace

Zadávací dokumentace pro zakázku „*Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava – Magnetická rezonance*“ je zpracována na základě podkladů a dokumentace k projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005514), který je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zadavatel v souladu s § 56 odst. 1) zákona poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) účastníkům prostřednictvím profilu zadavatele – viz odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html, kde je ZD ode dne vyhlášení zakázky uveřejněna v plném rozsahu (tj. textová část i ostatní části). Dodavatel je povinen průběžně sledovat profil zadavatele pro případ uveřejnění nových informací. Zadavatel doporučuje registraci dodavatele na profilu, zadáním kontaktního emailu pro odbírání zpráv a upozornění, týkajících se daného zadávacího řízení. Za správnost a úplnost kontaktního emailu odpovídá dodavatel.

Kompletní ZD k této veřejné zakázce je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky. Dodavatel je povinen prostudovat všechny pokyny, podmínky a specifikace uvedené v ZD, aby si ještě před podáním své nabídky vyjasnil požadovaný rozsah a případná sporná ustanovení nebo jiné případné nesrovnalosti a zejména pak požadavky, informace a podrobné pokyny uvedené v ZD.

Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, a je pro účastníka závazná. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Podáním nabídky v zadávacím řízení účastník přijímá plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.

Zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 98 zákona. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemná v elektronické podobě a musí být podepsána osobou, oprávněnou jednat za dodavatele. Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 7 pracovních dní před skončením lhůty k podávání nabídek.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena:

- prostřednictvím elektronického nástroje EZAK (profil zadavatele) – **preferovaný způsob**
- prostřednictvím datové schránky (**4srk6jw**)
- e-mailem, přičemž v tomto případě musí být datová zpráva opatřena **uznávaným platným elektronickým podpisem**

Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel prostřednictvím svého profilu všem jemu známým subjektům, kterým byla kompletní ZD (textová část i ostatní části) poskytnuta na profilu zadavatele a kteří si na tomtéž místě aktivovali odběr upozornění na změny v zadávacím řízení.

Dodatečné informace budou současně uveřejněny stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele.

Kontaktní osoba pro vysvětlení a dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Jméno a příjmení: Ing. Alexander Filip
Telefon: 731 437 857
E-mail: filipa@nemji.cz

Jméno a příjmení: Ing. Kristýna Rosická
Telefon: 776 345 043
E-mail: rosickak@nemji.cz

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

3.1. Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka nové, nepoužité **magnetické rezonance** (dále jen „zařízení“), včetně souvisejícího příslušenství a provedení dalších dodávek a služeb dle specifikace uvedené v **příloze č. 3** zadávací dokumentace (Technická specifikace dodávky),
- doprava, instalace, montáž a kompletní uvedení zařízení do provozu,
- provedení instruktáže obsluhy zařízení v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, v rozsahu minimálně 5 pracovních dní po 8 hodinách, a to v českém jazyce, v sídle zadavatele,
- udělení/vystavení povolení (v souladu s § 61 odst. 2, aktuálního znění zákona č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích), které bude umožňovat již zaškoleným osobám kupujícího školit v obsluze další personál v rámci Nemocnice Jihlava p. o.,
- připojení k datové síti PACS a DICOM Modality Worklist dle DICOM Conformance Statement zadavatele,
- bezplatný záruční servis ve specifikaci uvedené v obchodních podmínkách (návrh kupní smlouvy, Příloha č. 4 ZD), v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., a to po celou dobu záruční lhůty v délce trvání minimálně 24 měsíců,
- provádění pozáručních servisních služeb v režimu „full servis“, ve specifikaci uvedené v podmínkách servisní smlouvy (Příloha č. 5 ZD) po dobu 96 měsíců,
- provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a jeho příslušnými prováděcími předpisy, v záruční době zdarma, v pozáruční době v rámci servisních služeb,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to jak v tištěné tak i elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka).

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

V případě potřeby dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru dodavatele nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel účastníkům kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které budou řešeny v souladu s ustanovením § 98 zákona.

Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat zdroje na straně zadavatele (Nemocnice Jihlava).

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání prohlášení/garanci výrobce, že nabízené zařízení splňuje definované vlastnosti.

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo, vyžádat si od účastníka předvedení nabízeného přístroje za účelem zjištění a posouzení, zda jsou splněny požadavky na předmět plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat předvedení přístroje před rozesláním oznámení o výběru dodavatele.

Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky (dodávka předmětu plnění + pozáruční servisní služby):	41 371 901,00 Kč bez DPH	50 060 000 Kč vč. DPH
Předpokládaná hodnota předmětu plnění (uznatelný dotační výdaj):	31 454 545,45 Kč bez DPH	38 060 000 Kč vč. DPH
Předpokládaná hodnota pozáručního servisu po dobu 96 měsíců (neuznatelný dotační výdaj):	9 917 355,37 Kč bez DPH	12 000 000 Kč vč. DPH

Výše uvedené předpokládané ceny jsou ceny **maximálně přípustné**, tzn., že nesmí být ze strany dodavatelů překročeny. Maximálně přípustná cena se vztahuje na celkovou nabídkovou cenu za dodaná zařízení včetně veškerého příslušenství uvedeného v Technické specifikaci dodávky (Příloha č. 3 ZD) a dále na celkovou nabídkovou cenu za pozáruční servisní služby v délce 96 měsíců. V případě překročení maximální ceny je to důvod k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ke dni zahájení zadávacího řízení, a to podle cen obdobných dodávek zjištěných zadavatelem u jiných zadavatelů nebo z veřejně dostupných zdrojů vycházejících z informací získaných průzkumem trhu.

3.3. Klasifikace předmětu plnění

Kódy CPV: 33113000-5 Zobrazovací zařízení magnetické resonance

50400000-9 - Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1. Doba plnění

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude zahájena dnem účinnosti smlouvy.

Předmět plnění bude kompletně dodán a uveden do provozu, včetně všech souvisejících dodávek a prací nejpozději do **120 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy.

Pozáruční servisní služby budou zahájeny dnem následujícím po ukončení záruční doby předmětu plnění, s předpokládanou dobou plnění **96 kalendářních měsíců**.

4.2. Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava

Oddělení zobrazovacích metod

4.3. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje všem účastníkům prohlídku místa plnění. Prohlídky se mohou účastnit nejvýše dva zástupci každého dodavatele.

Dodavatelé jsou povinni nahlásit zájem o účast na prohlídce místa plnění e-mailem na slezakp@nemji.cz, nebo na tel. čísle: 731 429 450 (Ing. Pavel Slezák), nejpozději 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu ZD, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně v podobě žádosti o dodatečné informace a doručit ho zadavateli v řádné lhůtě dle § 98 zákona.

5. Lhůty zadávacího řízení

Zadávací lhůta je stanovena v souladu s § 40 zákona. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

6.1. Podání nabídek

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které účastník podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek.

Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

6.2. Pozdní podání nabídky

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Za řádné podání nabídky je odpovědný účastník zadávacího řízení.

6.3. Lhůta pro podání nabídek

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni podat svoji nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do termínu uveřejněného v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html

6.4. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být podány písemně v elektronické podobě:

- musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK:
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_6729.html
- nabídky se předkládají v jednom vyhotovení, přičemž účastník vloží na profil zadavatele buď celou nabídku v jednom naskenovaném dokumentu, nebo vloží jednotlivé požadované dokumenty zvlášť
- krycí list a návrhy smluv, které jsou povinnou součástí nabídky, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem účastníka, dodavatel použije buď elektronický podpis, nebo osoba oprávněná jednat za dodavatele podepíše listinnou formu nabídky před vytvořením elektronické kopie
- při odeslání nabídky a vložení na profil zadavatele bude systémem vyžadován elektronický podpis!
- podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce:

<https://ezak.kr-vysocina.cz/manual.html>,

v případě problémů kontaktujte: ezak@kr-vysocina.cz

6.5. Otevírání nabídek

Otevírání všech řádně podaných nabídek proběhne v den skončení lhůty pro podání nabídek, ve **13:30 hodin**, na adrese zadavatele. Otevírání nabídek se bude řídit ustanovením dle § 108 a § 109 zákona. **Zadavatel neumožňuje zástupcům účastníků zadávacího řízení účastnit se osobně otevírání nabídek.**

Po ukončení otevírání nabídek jsou účastníci zadávacího řízení oprávněni vyžádat si (písemně v elektronické podobě) kopii Protokolu o otevírání nabídek s uvedením hodnotících kritérií. Protokol bude zaslán pouze oprávněné osobě (jednatel, oprávněný zástupce na základě plné moci apod.) na adresu, kterou uvede v žádosti.

7. Obsah a zpracování nabídky

7.1. Obsah nabídky

- Titulní strana
- Krycí list nabídky - obsahující identifikační a kontaktní údaje dodavatele, kompletní cenovou nabídku, krycí list musí být podepsán osobou, oprávněnou jednat za dodavatele (**Příloha č. 1 ZD**)
- Specifikace předmětu plnění – účastník doplní **Přílohu č. 3 ZD** dle požadavků zadavatele, vyplněnou technickou specifikaci dodávky učiní nedílnou součástí nabídky, součástí je též popis a vyobrazení veškerých částí předmětu plnění
- Kvalifikační dokumentace – doklady prokazující způsobilost dodavatele dle ZD díl 2
- Návrhy smluv – s doplněnými identifikačními údaji dodavatele, s cenovými údaji dle cenové nabídky a s údaji o záruce, včetně příloh (**Příloha č. 4 ZD, Příloha č. 5 ZD**)
- Ostatní dokumenty a přílohy nepožadované zadávací dokumentací

7.2. Zpracování nabídky

Účastník musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doporučuje se, aby všechny doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce byly odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Za krycím listem by měl být vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky.

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně, všechny požadované dokumenty musí být v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny musí být přeloženy do jazyka českého s tlumočnickou doložkou (povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce). Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.

Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou účastníkům přiznána.

8. Zpracování nabídkové ceny

8.1. Nabídková cena

Nabídková cena za předmět plnění bude uvedena v českých korunách a bude vyčíslena jako absolutní částka za předmět plnění, zahrnující veškeré náklady, potřebné ke kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu s článkem 3 této ZD.

Nabídková cena za servisní služby v režimu „full service“ (dle specifikace uvedené v čl. 2 servisní smlouvy – Příloha č. 5 ZD) bude uvedena v českých korunách a bude vyčíslena jako absolutní částka za servisní služby v Kč bez DPH.

Účastník je povinen zpracovat svoje nabídkové ceny do krycího listu nabídky (příloha č. 1 ZD), v daném členění a rozsahu.

V nabídkových cenách musí být započtené veškeré náklady, rizika, zisky a finanční vlivy (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků vyplývajících ze smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.

8.2. Změna ceny

Nabídková cena za předmět plnění je prodávajícím garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná. Kupní cenu předmětu plnění nelze překročit ani v případě, kdy dojde ke změně sazby DPH.

9. Hodnocení a posouzení nabídek

9.1. Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s § 114 odst. 1 zákona **ekonomická výhodnost nabídky**. Ekonomická výhodnost nabídky bude získána pomocí výpočtu, jehož součástí je kritérium celkových předpokládaných nákladů a kritérium technické úrovně nabízeného předmětu plnění. Pro hodnocení kritéria celkových předpokládaných nákladů bude rozhodná nabídková cena za předmět plnění bez DPH uvedená v krycím listu nabídky (Příloha č. 1 ZD), stejně jako nabízená doba záruky a paušální cena za pozáruční servisní služby bez DPH za 3 měsíce.

Dílčí kritéria hodnocení:

Kritérium	Váha	Maximální počet vážených bodů
Celkové předpokládané náklady	60 %	60
Technická úroveň	40 %	40

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 119 zákona. Vážené body za obě dílčí kritéria budou sečteny a zadavatel seřadí nabídky sestupně podle získaných bodů. Za nejvýhodnější se považuje nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Kritérium č. 1 (nákladové kritérium – nižší je lepší)

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „**Celkové předpokládané náklady**“ jsou posuzovány hodnoty celkové pořizovací ceny za předmět plnění bez DPH, nabízená cena za pozáruční servisní služby bez DPH a nabízená doba záruky.

Celkové předpokládané náklady se zjistí výpočtem podle vzorce:

$$CPN = NC + (120 - ZZJ)/4 \times PCS$$

Kde:

CPN = celkové předpokládané náklady

NC = nabídková cena za přístroj bez DPH

ZZJ = nabízená záruka v měsících

PCS = paušální cena za čtvrtletní servisní služby bez DPH

Počet vážených bodů za toto kritérium se získá výpočtem podle vzorce:

$$BH1 = (\text{nejnižší CPN} / \text{CPN posuzované nabídky}) * 60$$

Kde:

BH1 = bodová hodnota za kritérium 1

nejnižší CPN = nejmenší zjištěné celkové předpokládané náklady

CPN posuzované nabídky = celkové předpokládané náklady konkrétní nabídky

Kritérium č. 2 (výnosové kritérium – vyšší je lepší)

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „**Technická úroveň**“ je posuzována technická a kvalitativní úroveň nabízeného předmětu plnění, dle níže uvedených bodů:

Poř. číslo	Bodované parametry	Váha parametru	Konkrétní hodnota nabízeného řešení
1	Maximální součin současně dosažitelné amplitudy a slew rate gradientního systému (gradient performance) pro každou z os (x,y,z)	20	
2	Počet nezávislých cívkových elementů , plně umístitelných a použitelných ve FOV s garantovanou homogenitou (údaj pro vyšetření s maximální hodnotou, ale s dodanými cívkami)	40	
3	Počet nezávislých kanálů pro specifický (nelineární) shim na pacienta	20	
4	Software pro automatické polohování řezů: - srdce (zástupná číselná hodnota pro výpočet 1) - páteře (zástupná číselná hodnota pro výpočet 1)	15 (srdce) 5 (páteř)	

Každé nabízené zařízení bude ohodnoceno dle uvedené hodnotící tabulky, přičemž za každý bodovaný parametr získá účastník určitý počet vážených bodů.

Parametr č. 1: Maximální součin současně dosažitelné amplitudy a slew rate gradientního systému

$$HP1 = \frac{HN}{NN} \times VK1$$

Kde:

HP1 = hodnota parametru 1

HN = konkrétní hodnota parametru nabídky

NN = nejvyšší zjištěná hodnota parametru

VK1 = váha kritéria 1

Parametr č. 2: Počet nezávislých cívkových elementů

$$HP2 = \frac{HN}{NN} \times VK2$$

Kde:

HP2 = hodnota parametru 2

HN = konkrétní hodnota parametru nabídky

NN = nejvyšší zjištěná hodnota parametru

VK2 = váha kritéria 2

Parametr č. 3: Počet nezávislých kanálů

$$HP3 = \frac{HN}{NN} \times VK3$$

Kde:

HP3 = hodnota parametru 3

HN = konkrétní hodnota parametru nabídky

NN = nejvyšší zjištěná hodnota parametru

VK3 = váha kritéria 3

Parametr č. 4: Automatické polohování řezů srdce a páteře

$$HP4 = \frac{HN}{NN} \times VK4$$

Kde:

HP3 = hodnota parametru 4

HN = konkrétní hodnota parametru nabídky

NN = nejvyšší zjištěná hodnota parametru

VK4 = váha kritéria 4

Poznámka: Pokud účastník nabízí automatické polohování řezů srdce, pak $HN = 1$, pokud nabízí polohování řezů páteře, pak $HN = 1$, pokud nabízí obojí, pak $HN = 2$. Hodnota $VK3$ opět dle tabulky, při nabídce srdce a páteře $VK4 = 20$.

Jednotlivé vážené body za parametry č. 1–4 budou sečteny. Nejvíce bodů za toto kritérium získá nabídka s nejvyšším počtem celkových bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne poměrem počtu získaných bodů hodnocené nabídky k nabídce s nejvyšším počtem bodů a násobkem 40.

Počet vážených bodů za toto kritérium se získá výpočtem podle vzorce:

$$BH2 = (PBHN/NPB) \times 40$$

Kde:

BH2 = bodová hodnota za kritérium 2

PBHN = počet bodů hodnocené nabídky

NPB = nejvyšší zjištěný počet bodů

Výsledek hodnocení nabídky bude získán prostým součtem vážených bodů za kritérium č. 1 a kritérium č. 2:
BH = BH1 + BH2

V případě shodného počtu bodů u dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti notáře a těch účastníků, jejichž nabídky obsahovaly shodné hodnoty.

9.2. Posouzení nabídek

Posouzení nabídek probíhá až po hodnocení nabídek. Nejprve budou nabídky hodnoceny dle způsobu, uvedeného v předchozí části zadávací dokumentace, a poté provede zadavatel posouzení nabídky vybraného dodavatele (toho, jehož nabídka bude po provedeném hodnocení umístěna na prvním místě) z hlediska splnění podmínek účasti, z hlediska splnění zadávacích podmínek a z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud zadavatel shledá v nabídce rozpory proti stanoveným podmínkám, vyžádá si jejich objasnění, popřípadě doplnění. K objasnění či doplnění nabídky poskytne zadavatel dodavateli přiměřenou lhůtu podle povahy žádosti zadavatele. Pokud dodavatel na žádost zadavatele ve stanovené lhůtě neodpoví, může být ze zadávacího řízení vyloučen. To platí i v případě, pokud objasnění či doplnění nabídky obsahuje nesprávné či neúplné údaje nebo doklady.

Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel musí provést, pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek. Zadavatel může tento postup použít opakovaně.

10. Podmínky účasti v zadávacím řízení

Podmínky účasti, které zadavatel stanovil pro toto zadávací řízení, jsou:

- a) podmínky kvalifikace
- b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky
- c) obchodní a platební podmínky

10.1. Podmínky kvalifikace

Požadavky na kvalifikaci dodavatelů jsou podrobně popsány v díle č. 2 této ZD – Kvalifikační dokumentace.

Zadavatel nevyhrazuje účast v zadávacím řízení určitým dodavatelům. Zadávacího řízení se může zúčastnit kterýkoliv dodavatel splňující podmínky účasti v zadávacím řízení.

10.2. Technické podmínky

Pro splnění technických podmínek je účastník povinen předložit jako součást své nabídky podrobnou technickou specifikaci každé položky, která je součástí předmětu plnění. Minimálně tedy uvedení výrobce a typové označení, počet kusů v dodávce, vyobrazení odpovídající realitě, dále technický popis položky, vítané jsou produktové či katalogové listy – ty mohou být uvedeny i v anglickém jazyce. Z

předložených informací musí být zřejmé, že nabízené zařízení jednoznačně splňuje minimální technické parametry stanovené zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo si předložené údaje ověřit.

Nabízený předmět plnění musí splňovat požadavky stanovené zadávací dokumentací, které jsou popsány v příloze č. 3 „Technická specifikace dodávky“.

Nesplnění **nepodkročitelných požadavků** technické specifikace dodávky povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel předpokládá, že minimální doba životnosti přístroje, který je předmětem plnění veřejné zakázky, je **10 let** (dle zkušeností s provozem obdobného zařízení).

Zadavatel požaduje záruku na předmět plnění v délce minimálně **24 měsíců**. Účastník může nabídnout i delší záruční dobu, maximálně však na 10 let. Záruka se vztahuje na přístroj magnetické rezonance včetně všech jejích nezbytných součástí.

Délku poskytované záruky dodavatel uvede do krycího listu nabídky a do návrhu smluv.

10.3. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou obligatorního návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Účastník je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit. Souhlas s obchodními podmínkami stvrzuje podepsáním krycího listu nabídky osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.

Účastník do návrhu smlouvy doplní pouze své identifikační údaje, cenové údaje, délku záruky a případně další místa zadavatelem vyznačená k doplnění. Jakékoliv jiné změny, doplňování či úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.

Účastník souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

10.4. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Po předání kompletního předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění je účastník oprávněn vystavit fakturu na dodané zařízení. Tato faktura pak bude dodavateli uhrazena v termínu splatnosti.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutné uvést název a číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí zadavatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Doba splatnosti faktury musí být stanovena na 60 dní od data jejího doručení kupujícím.

11. Podmínky uzavření smlouvy

Před uzavřením smlouvy je vybraný účastník povinen předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Pokud zadavatel nebude moci zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích, vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z obdobné evidence nebo k předložení:

- identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- doklady z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli. Těmito doklady jsou zejména výpis z obchodního rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku a společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

12. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

12.1. Forma komunikace

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být podepsané osobou, oprávněnou jednat za dodavatele.

12.2. Komunikace dodavatele se zadavatelem

Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit zadavateli pouze jedním z následujících způsobů:

- prostřednictvím profilu zadavatele (aplikace E-ZAK) - **preferovaný způsob**
- e-mailem (nutné použít pouze kontaktní údaje uvedené v článku 2 ZD a je nutné zprávu opatřit elektronický podpisem)
- datovou schránkou

Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje den a hodina doručení elektronické zprávy.

12.3. Komunikace zadavatele s dodavatelem

Veškeré dokumenty a informace, související s daným zadávacím řízením, bude zadavatel v souladu s § 211 zákona doručovat účastníkům výhradně v elektronické formě, pomocí elektronických nástrojů:

- prostřednictvím profilu zadavatele (aplikace E-ZAK)
- e-mailem (zpráva bude opatřena platným elektronickým podpisem)
- datovou schránkou

13. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit nebo doplnit podmínky zadávací dokumentace formou dodatečných informací, vyžádat si doplňující informace k nabízenému plnění, neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, vyloučit účastníka, který nesplnil podmínky stanovené zadavatelem nebo zadání zakázky zrušit, v případě že k tomu nastane důvod dle § 127 zákona.

14. Práva účastníka

Účastník zadávacího řízení má právo v případě pochybností požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 7 pracovních dní před skončením lhůty k podávání nabídek. Žádost je vhodné odeslat prostřednictvím profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html, kde je tato možnost zpřístupněna u každé jednotlivé zakázky.

Lze využít i e-mailové komunikace, v tomto případě je nutné opatřit zprávu uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Odpověď včetně přesného znění žádosti uveřejní zadavatel na stejném místě, jako uveřejnil zadávací dokumentaci s přílohami, tedy na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne

.....

MUDr. Lukáš Velez, MHA

ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace