

## VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

---

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:      | Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –<br>Magnetická rezonance |
| Zadávací řízení:            | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky,<br>otevřené řízení          |
| Evidenční číslo zadavatele: | O-2019-5                                                           |
| Evidenční číslo ve VVZ:     | Z2019-013682                                                       |

---

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zadavatel:        | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace                      |
| Zastoupena:       | MUDr. Lukášem Velevem, MHA                                     |
| Sídlo:            | Vrchlického 59, 586 33 Jihlava                                 |
| IČ: 0090638       | DIČ: CZ00090638                                                |
| Bankovní spojení: | 18736–681/0100, KB, a.s.                                       |
| e-mail:           | <a href="mailto:sekretariat@nemji.cz">sekretariat@nemji.cz</a> |
| tel:              | 567 157 540                                                    |
| fax:              | 567 301 212                                                    |

---

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se v souladu s § 99 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

#### **Dotaz č. 1**

V příloze č.3 „*Technická specifikace plnění*“ v bodu 9 zadavatel požaduje *2ks Vyhodnocovací stanice* bez dalšího upřesnění.

Dotaz:

Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje buď dvě samostatné pracovní stanice, nebo portálové řešení s dvěma pracovními stanicemi při dodržení všech ostatních požadavků specifikovaných v bodě 9?

#### **Odpověď zadavatele:**

Ano, zadavatel požaduje jednu z výše uvedených možností řešení vyhodnocovacích stanic, tedy:

- a) 2 samostatné vyhodnocovací stanice, přičemž každá jednotlivá stanice musí splňovat veškeré požadavky, uvedené v bodech č. 9.1–9.4 Technické specifikace předmětu plnění
- b) portálové řešení stanic, kde funkcionality pracovních (vyhodnocovacích) stanic bude odpovídat definovaným požadavkům v bodech č. 9.1–9.4 Technické specifikace předmětu plnění, a které umožní současnou práci dvou uživatelů

Vzhledem k charakteru dotazu a odpovědi (beze změny požadavků) se lhůta pro podávání nabídek **neprodlužuje.**

V Jihlavě dne

.....  
**MUDr. Lukáš Veleš, MHA**  
**ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace**