

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název	Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava – Dodávka spektrometrů
Část veřejné zakázky:	Část 1 – Infračervený spektrometr
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P19V00000803
Datum zahájení zadávacího řízení:	22. 8. 2019
Zadavatel	
Název:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
IČO :	00090735
Adresa sídla:	Masarykovo náměstí 1224, 586 01 Jihlava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, benam@pkvysočina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 26. 8. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k části 1 této veřejné zakázky, a v souladu se zákonem a čl. 13 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele

Dobrý den,

prosíme o detailnější specifikaci tohoto požadavku zadávací dokumentace, specifikace spektrometru:

Automatické seřizování spektrometru před vlastním měřením. Vnitřní inteligence systému s nepřetržitou dynamickou optimalizací měřící soustavy (optimalizace systému při každém scanu – stroj je optimalizován na maximální energetickou propustnost záření min. každou sekundu), permanentní nebo jen občasné seřízení spektrometru je proto neakceptovatelné. Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele

Požadavkem na automatické seřizování spektrometru před vlastním měřením se rozumí samostatná hardwarová elektronická a softwarová funkce, která umožňuje uživateli

elektronické seřizování interferometru před vlastním měřením, tj. např. korekce na teplotní roztažnost materiálů děliče paprsků, interferometru, zrcadel atd. Kontinuální kompenzace optickou cestou není akceptovatelná.

Požadavkem na vnitřní inteligenci systému s nepřetržitou dynamickou optimalizací měřící soustavy atd. se rozumí nepřetržitá elektronická dynamická optimalizace optiky přístroje při každém scanu, tj. optická lavice spektrometru je optimalizována na maximální energetickou propustnost záření při každém scanu (optimálně každou sekundu). Kompenzace optickou cestou není akceptovatelná.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html a adrese části 1 veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7116.html.

V Jihlavě 27. 8. 2019

.....
RNDr. Karel Malý, Ph. D.

ředitel

elektronicky podepsáno