

Od: Tuma, Lubos <lubos.tuma@siemens-healthineers.com>
Odesláno: 12. srpna 2019 12:33
Komu: Mgr. Alena Ševčíková
Předmět: tržní konzultace CT
Přílohy: Pr_c_2_Tech_specifikace_CT_pristroj Siemens.doc

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážená paní magistro,

Posíláme Vám vyplněnou specifikaci na CT s vyznačením parametrů, které neplníme, doplněnou o vysvětlující komentář, případně obsahující dotazy.

Dále uvádíme připomínky ke kupní a servisní smlouvě.

V kupní smlouvě by jsme doporučovali změnit dvě věci:

- formulace doby dodání – nikoliv od účinnosti, ale od zaslání písemné výzvy (i přesto, že smlouva má upraven odstavec a možném posunu z důvodu na straně nemocnice). Nijak to neprodlužuje plnění, jen to dává více flexibility a jasně stanovuje moment, kdy má dodavatel začít jednat.
- definovat životnost přístroje – nyní je ve smlouvě pouze garantování servisu „po dobu životnost přístroje“ což není nijak dále specifikováno. Nejlépe zakomponovat „alespoň po dobu 10 let od dodání přístroje“

K servisní smlouvě máme dvě poznámky:

III.4 - Zhotovitel prohlašuje a v rámci plnění předmětu smlouvy **doloží kopiemi příslušných dokumentů**, že z hlediska platné legislativy splňuje požadavky na kvalifikaci servisních pracovníků, požadavky na věcné vybavení i další požadavky a podmínky dané zákonem o ZP nutné pro výkon servisních činností vyplývajících ze zákona o ZP, tj. že mimo jiné:

- má i příslušné oprávnění a registraci k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje
- **má i dostatečnou kapacitu materiální i odbornou, aby mohl řádně dostát svým závazkům, vyplývajícím z této smlouvy. (Nejsme si jistí, jak by se to mělo doložit „kopií příslušných dokumentů“ – zřejmě je myšleno jen doložení registrace)**

IV.5 - Zhotovitel se zavazuje, že smluvní ZP nebude vyřazen/odstaven z provozu déle, než celkem 14 pracovních dnů v daném kalendářním roce (vyjma vyřazení/odstavení z provozu z důvodů spočívajících na straně Objednatele). Do této doby se **započítává** čas potřebný na provedení výrobcem předepsané údržby (PBTk) a provedení výrobcem předepsaných update. V případě překročení této lhůty je Objednatel oprávněn uplatnit sankci dle článku IX. odst. 3 této smlouvy. **(skutečně se má čas na PBTk a update počítávat? Pokud by se nezapočítával, potom to ustanovení skutečně řeší poruchy, což je běžně smysl těchto „Uptime/downtime“ ustanovení).**

S pozdravem,
Ing. Luboš Tůma

Siemens Healthcare, s.r.o.
SHS EMEA CEET CZE S&PSM-DI&AT&US
Budějovická 779/3b
140 00 Praha 4
Mobil: +420 603 870 068
<mailto:lubos.tuma@siemens-healthineers.com>

