



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění  
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Systém výpočetní tomografie
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2019-025789
ev. č. VZ u zadavatele:	01/19/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 17.9.2019 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
<b>Znění dotazu:</b>
<p>Zadavatel v příloze č. 2 Technická specifikace předmětu plnění požaduje: <b>Počet detektorových řad v ose Z minimálně 64 s minimálně 128 současně získaných řezů na jednu 360° rotaci.</b></p> <p>Existuje více metod, jak ze 64 řadého detektoru získat 128 řezů na jednu rotaci 360°. Od prostého dopočítání v obrazovém počítači bez navýšení obrazové informace po složitější metody, kdy je přímo na pacientovi snímáno 128 řezů během jedné rotace 360° s možností nastavení kolimace 128 x šířka vrstvy ve skenovacím programu.</p>
<b>Dotaz:</b>
Může zadavatel upřesnit požadovaný způsob získání 128 řezů současně na jednu rotaci 360°?
<b>Znění odpovědi:</b>
<p><b>Z podstaty dotazu tazatele vyplývá, že existuje více standardních metod jednotlivých výrobců pro získání požadovaných 128 řezů při rotaci 360°. Proto, uvádět jaké metody má výrobce/dodavatel pro splnění daného požadavku použít, by mohlo být potenciálně diskriminační.</b></p> <p><b>S ohledem na výše uvedené zadavatel trvá na jasně specifikovaném požadavku ve znění uvedeném v příloze č.2 - technické specifikaci, a to: Počet detektorových řad v ose Z minimálně 64 s minimálně 128 současně získaných řezů na jednu 360° rotaci.</b></p>

### Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí vysvětlení ZD využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele – viz [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_196.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html)**

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).

V Novém Městě na Moravě dne 19.9.2019

Nemocnice Nové Město na Moravě,  
příspěvková organizace  
JUDr. Věra PALEČKOVÁ  
ředitelka

.....  
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice