

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Ultrazvuk pro neurologii“

ev. č. ZC 4/2019

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17, ze dne 15. 5. 2017.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

Kontaktní osoba: Bc. Monika Trnková, vedoucí obchodního oddělení

Telefon: 568 809 647, 731 745 127

E-mail: mtrnkova@nem-tr.cz

Obecná URL: www.nem-tr.cz

ID datové schránky: *tecrjqc*

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

33124120-2

Diagnostické ultrazvukové přístroje

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka **1 ks nového ultrazvuku včetně příslušenství pro neurologické oddělení** Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku, instalaci, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu a dodání dokladů potřebných pro provozování mobilního ultrazvukového diagnostického přístroje včetně příslušenství pro neurologické oddělení (dále také pouze „přístroj“).

Minimální technické požadavky na mobilní ultrazvukový diagnostický přístroj, který je předmětem této veřejné zakázky, jsou:

- ✓ přístroj musí být ergonomický pro snadnou manévrovatelnost mezi lůžky
- ✓ s nízkou váhou do 85 kg pro případný převoz po oddělení, šíře max. 58 cm
- ✓ minimálně 21" monitor s FullHD rozlišením (1920x1080) stranově a výškově stavitelný na rameni polohovatelném v ose x, y, z
- ✓ výškově a stranově polohovatelný ovládací panel přístroje, možnost natočení ovládacího panelu nezávisle na těle přístroje
- ✓ frekvenční rozsah přístroje minimálně v rozsahu 1 až 20 MHz, dynamický rozsah více jak 280dB, maximální snímkovací frekvence více jak 1400 Hz
- ✓ baterie umožňující transportní mód při převozu s naběhnutím přístroje do provozního režimu do 20 sekund
- ✓ technologie širokopásmového zpracování signálu pomocí širokopásmového tvarovače signálu a širokopásmových sond s možností změny zastoupení jednotlivých frekvencí (nikoliv pouze změny frekvence)
- ✓ ovládání přístroje pomocí dotykového displeje s velikostí min. 12"
- ✓ 4 aktivní porty pro připojení pinless zobrazovacích sond (nikoliv dopplerovských sond)
- ✓ manuální nastavení TGC
- ✓ jednotlačítková optimalizace upravující 2D i dopplerovské módy (min. baseline, zisk a rychlostí škálu pro PW, umístění, steerování a zisk výseče barevného Dopplera)
- ✓ záznam obrazové informace na interní HDD o velikosti minimálně 0,5 TB a na disky DVD-R
- ✓ archivace snímků min. ve formátech: systémová data, PC formát, DICOM
- ✓ archivace obrazových dat v původní formě s možností úpravy základních parametrů na uložených smyčkách, v PC i DICOM formátech
- ✓ B/W tiskárna s digitálním vstupem umístěna na ovládacím panelu

Požadovaná zobrazení:

- ✓ vysoce kvalitní 2D zobrazení s pokročilým pulsním kódováním, pulsním formováním a frekvenčním skládáním, s možností harmonického zobrazení na všech sondách
- ✓ M-mód, anatomický M-mód
- ✓ M-mód barevný doppler
- ✓ M-mód tkáňový doppler
- ✓ THI s pulsní inverzí
- ✓ barevný doppler
- ✓ panoramatické zobrazení

- ✓ širokopásmový barevný doppler
- ✓ simultánní 2D a M-mód
- ✓ energetický doppler
- ✓ duplexní a simultánní 2D/PW doppler
- ✓ duplexní CW doppler včetně automatické optimalizace nastavení energie dopplera
- ✓ duplexní barevný doppler a CW doppler
- ✓ High-PRF PW doppler
- ✓ color TDI a PW TDI
- ✓ duplexní 2D, barevný doppler a PW doppler
- ✓ duplexní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler
- ✓ nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler
- ✓ nezávislý triplex pro simultánní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler
- ✓ duální zobrazování
- ✓ HD zoom (write)
- ✓ pan zoom (read)
- ✓ odstranění šumu (tzv. speckle reduction) ve více krocích (nikoliv pouze on/off)
- ✓ real-time současné zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
- ✓ automatická inverze barevného spektra při provádění vyšetření barevným dopplerem
- ✓ úhlová (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení

Další požadavky:

- ✓ současné zobrazení dříve provedené studie s real-time prováděnou studií na monitoru přístroje
- ✓ přístroj musí vytvářet vlastní databázi patientských a obrazových dat s možností vyhledávání
- ✓ programové vybavení pro obecné zobrazování
- ✓ měření v živém i ve zmrazeném obraze
- ✓ automatizovaný měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) na živé i zamražené dopplerovské křivce
- ✓ funkce pro zobrazení přes celou plochu monitoru
- ✓ DICOM rozhraní pro připojení do PACS

Požadované sondy:

- ✓ všechny sondy musí být s pinless konektory a nelámavým kabelem,
- ✓ přístroj musí podporovat připojení monokrystalových sond
- ✓ sektorová sonda (monokrystalová technologie TCD), frekvenční rozsah min. 1 - 5 MHz
- ✓ lineární sonda pro cévní diagnostiku, frekvenční rozsah min. 3-12 MHz

Výše uvedené minimální požadavky na předmět veřejné zakázky musí účastník v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že nabízené zařízení požadavky splňuje.

V případě, že přístroj nabídnutý účastníkem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasovaného přístroje.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: ihned od účinnosti kupní smlouvy

Termín ukončení plnění: do 30 dnů od účinnosti kupní smlouvy

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, neurologické oddělení.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Bc. Monika Trnková, vedoucí obchodního oddělení, tel. +420 568 809 647, mobil: +420 731 127 745, email: mtrnkova@nem-tr.cz.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikaci v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Prokázání základní způsobilosti doloží účastník formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou způsobilost požadovanou zadavatelem.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

- Prohlášení o shodě - všechny výrobky musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a musí být z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče. Účastník doloží prohlášení o shodě, CE certifikátu.
- Seznam dodávek - seznam nejméně 2 významných dodávek obdobného charakteru, každá dodávka o objemu minimálně 1 000 000 Kč bez DPH realizovaná účastníkem za poslední 3 roky. Seznam musí zahrnovat typ přístroje, cenu, dobu a místo plnění dodávky, kontaktní údaje kupujícího a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně.
- Čestné prohlášení k autorizaci servisu (Pověření výrobcem zdravotnického prostředku k prodeji a servisu vč. proškolení techniků dle § 64 a souvisejících dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a registrace v Registru zdravotnických prostředků (ohlašovací povinnost)

dle § 26 a souvisejících zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání kvalifikace

- Dodavatel je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Seznam dodávek doloží účastník formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka, které bude požadované údaje obsahovat.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky v korunách českých. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady související s dodáním, dopravou, instalací, zprovozněním přístroje včetně příslušenství, zaškolením obsluhy a předáním veškeré dokumentace. Účastníci zpracují nabídkovou cenu do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace ve formátu xls (MS Excel), který je pro účastníky pro zpracování nabídky závazný.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu kupní smlouvy. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadavatel požaduje, aby účastník všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečil proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísloval vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka včetně čestného prohlášení podepsané oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 2).
- Návrh kupní smlouvy (viz příloha č. 3) podepsaný oprávněnou osobou účastníka.
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce (prospektové materiály, technický popis přístroje, technické parametry apod.) – v českém jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu v Kč včetně DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Účastníci do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Servisní podmínky

- Garance opravy do 48 hod. od nahlášení závady bez potřeby náhradních dílů, v případě potřeby náhradních dílů do 72 hod. od nahlášení závady.
- V případě nemožnosti zprovoznění přístroje do 3 pracovních dnů od nahlášení závady zadavatel požaduje zapůjčení náhradního kvalitativně srovnatelného přístroje po dobu opravy.
- Zadavatel požaduje autorizovaný servis v ČR. Účastník do nabídky (do návrhu kupní smlouvy) uvede kontaktní údaje na autorizovaný servis.
- Zadavatel požaduje provedení bezpečnostně technických prohlídek dle zákona č. 268/2014 Sb., po dobu záruky bezplatně.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na výměnu přístroje za nový přístroj v případě nahlášení třech stejných poruch po dobu trvání záruční doby.
- Zadavatel požaduje záruční dobu v trvání minimálně 24 měsíců.
- Garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny **dle kritéria nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH**, přičemž nabídka s nejnížší nabídkovou cenou se umístí jako první v pořadí.

Zakázka nebude dělena na části a bude zadána jednomu účastníkovi.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději **do 9. 10. 2019 do 9:30 hod.**

Nabídku je možné doručit v listinné podobě nebo elektronicky na profil zadavatele, viz odkaz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html. V případě elektronického doručení nabídky bude dostačující její podepsaná naskenovaná listinná podoba. Časem doručení se rozumí **předání nabídky na recepci** Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo **osobní předání** každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, budova N, dveře č. 217, Bc. Monice Trnkové nebo **čas uložení elektronické nabídky** na profil zadavatele.

Písemné nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Ultrazvuk pro neurologii – Neotevírat“

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky recepcí zadavatele.

Na obálce bude současně uvedena adresa účastníka, na niž je možné zaslat oznámení, pokud byla nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.

16. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele, ke kterému je umožněn neomezený přístup.

Podáním nabídky účastník souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.


17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy

V Třebíči dne

24. 09. 2019


Ing. Eva Tomášová
ředitel

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

01