



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 619, fax: 566 801 609, e-mail: sylva.klementova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Věc: **Dodatečné informace č. 2**

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Spojovací hadičky, infúzní a transfúzní sety
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/19/38

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 4.11.2019 Žádost o dodatečné informace. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele jsou uvedeny níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Zadavatel požaduje spojovací hadičky 1,8x1800LL, ale v popisu je rozměr 1,9/2,9mm. Jaký vnitřní průměr zadavatel požaduje?
Znění odpovědi:
Předmětem zakázky je spojovací hadička o technických parametrech 1,8x1800LL. S ohledem na shora uvedený dotaz, zadavatel z popisu položky č. 001 odstraňuje označení „1,9/2,9 mm“.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Dále je požadavek na hadičku 1,8x450LL, ale v popisu opět 1,9/2,9mm. Jaký průměr zadavatel požaduje? Pokud budeme počítat s povolenou tolerancí, není nám jasno s jakou hodnotou počítat.
Znění odpovědi:
Předmětem zakázky je spojovací hadička o technických parametrech 1,8x450LL. S ohledem na shora uvedený dotaz, zadavatel z popisu položky č. 003 odstraňuje označení „1,9/2,9 mm“.

Dotaz č. 3
Znění dotazu:
Souprava infusní - požaduje zadavatel soupravu pro spádovou nebo tlakovou infuzi?
Znění odpovědi:
Zadavatel požaduje soupravu pro spádovou infuzi.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace jsou zasílány **dodavatelům, kteří byli zadavatelem vyzváni k podání nabídky a dodavatelům, kteří si stáhli výzvu z profilu zadavatele a současně si aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.**

Dále jsou dodatečné informace uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, **tj. na profilu zadavatele - viz odkaz: [https://ezak.kr-](https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7334.html)**

V Novém Městě na Moravě dne 5.11.2019

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka


.....
JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice