

Vysvětlení č. 2

Název veřejné zakázky:	„ZZS KV – dodávka trenažéru dekontaminace“
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Právní forma:	804 - kraj
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ladislav Šerák, tel. +420 731 025 486, serak@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel Kraj Vysočina obdržel dne 7. 2. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a nyní na ní odpovídá.

Složený dotaz dodavatele:

Dobrý den,

děkujeme za vysvětlení zadávací dokumentace. I přesto požadujeme bližší specifikaci ohledně připojení na řád, především typ spojky na kohoutek a délku hadice. Například v případě použití přípojky D25 na vstup vody do sprchy nevíme co by tvořilo druhý konec ke kohoutku.

Odpověď:

Vodovodní kohoutek je ½"; sada k připojení bude obsahovat: kohoutový přípoj, rychlospojku, pojistku proti úniku a hadici o délce min. 15m.

Dne 11. 2. 2020

.....

podpis