



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – VZ 2/20

### „DODÁVKA PŘENOSNÝCH MONITORŮ/DEFIBRILÁTORŮ“

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“)

Na základě vznesených dotazů k veřejné zakázce na dodávku přenosných monitorů/defibrilátorů – VZ 2/20 ze dne 2.3.2020 odpovídáme následující:

#### Přesné znění žádosti:

##### Dotaz č. 1:

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1: podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky:

Přenosný monitor/defibrilátor (dále jen „přístroj“) musí splňovat níže uvedené minimální parametry na provoz a technické parametry:

mj. „tisk plnohodnotného 12ti svodového EKG ve formátu 2 x 6“

Žádáme zadavatele o medicínské zdůvodnění (objasnění) požadavku na tisk plnohodnotného 12ti svodového EKG ve formátu 2 x 6.

Námi nabízený přístroj je schopný natočit a vytisknout 12ti svodové EKG v jiných formátech, které jsou bez problémů personálem mnoha Zdravotnických záchranných služeb v České republice i ve světě používány.

#### Odpověď:

Tiskem plnohodnotného 12ti svodového EKG ve formátu 2 x 6 se rozumí, že se nejdříve vytiskne 6 končetinových svodů – I, II, III, aVF, aVR a aVL a následně se vytisknou křivky hrudních svodů V1 až V6. Uspořádání nemusí být vertikálně pod sebou.

##### Dotaz č. 2

V příloze č. 1 zadávací dokumentace (Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky) je mimo jiné uveden požadavek: "elektrody uvedeny v sazebníku ZP a hrazeny jako ZUM (lze nahradit doložením podané žádosti o zařazení)". S ohledem na zavedenou praxi podávání žádostí na zařazení zdravotnického prostředku do sazebníku ZP pouze ve vymezených časových úsecích (nejbližší je až 1. - 8. 5. 2020) nejsme schopni doložit podanou žádost ve lhůtě pro podání nabídek.

viz.: <https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky/podklady-pro-zarazeni-zdravotnickych-prostredku-a-provadeni-zmen-v-ciselniku-vzp-zp-uhradovem-katalogu-vzp-zp>

Trvá zadavatel na požadavku "elektrody uvedeny v sazebníku ZP a hrazeny jako ZUM (lze nahradit doložením podané žádosti o zařazení)"?



**Odpověď:**

Zadavatel trvá na požadavku. Doložení podané žádosti o zařazení postačí ve formě dokladu o odeslání zprávy datovou schránkou, popř. potvrzením poskytovatele poštovních služeb.

V Jihlavě dne 3.3.2020

.....  
Ing. Vladislava Filová  
ředitelka  
„podepsáno elektronicky“